

1. Trata-se de resposta ao Pedido de Esclarecimento da Empresa Resmedical ao PE 1311/2025 - ITENS 01, 02, 04 e 05 (fl. 271);

2. Descritivos conforme Edital:

Descritivo item 01 - cód. 1002630 - ENXERTO / PRÓTESE VASCULAR DE PTFE - DIÂMETRO 6MM X COMPRIMENTO 70CM. PTFE EXPANDIDO, FORMATO RETO. ESTÉRIL...

Descritivo item 02 - cód. 1002640 - ENXERTO / PRÓTESE VASCULAR DE PTFE - DIÂMETRO 8MM X COMPRIMENTO 70CM. PTFE EXPANDIDO, FORMATO RETO. ESTÉRIL...

Descritivo item 04 - cód. 411819 - ENXERTO ARTERIAL TUBULAR INORGÂNICO BIFURCADO, 20 MM (+/-1MM) X 10MM (+/-1MM), PRÉ COAGULADO DOUBLE VELOUR. ESTÉRIL...

Descritivo do item 05 - cód. 411826 - ENXERTO ARTERIAL TUBULAR INORGÂNICO BIFURCADO, 22MM (+/-1 MM) X 11 MM (+/-1 MM), PRÉ COAGULADO DOUBLE VELOUR. ESTÉRIL.

3. A Empresa Resmedical questiona:

Gostaríamos de esclarecer o seguinte ponto:

Para os itens 1 e 2 (ENXERTO / PRÓTESE VASCULAR DE PTFE) não há a possibilidade de variação de tamanho como acontece nos itens 4 e 5 (ENXERTO ARTERIAL TUBULAR INORGÂNICO BIFURCADO). Gostaríamos de entender o motivo da diferença de tratamento entre os dois itens, tendo em vista que ambos possuem características semelhantes.

Solicitamos, portanto, se possível, a avaliação quanto à possibilidade de uniformização dos critérios, a fim de garantir igualdade de condições entre os licitantes e melhor competitividade no certame.

4. Resposta conforme especialista da unidade demandante - HCASG:

"Os itens 01 e 02 são um tipo de material PTFE, os itens 04 e 05 são outro tipo de materiais do tipo Double Velour. Portanto trata-se de materiais diferentes, com características diferentes."

Elaborado por:

(assinatura digital)

Maria Gírlene de Freitas Albuquerque - COREN 47.908
Enfermeira da COPLA/Parecer Técnico MMH

(assinatura digital)

Lívia Farias Leitão - COREN 128311
Enfermeira da COPLA/Parecer Técnico MMH

(assinatura digital)

Maria Juliana da Silva Guia Rodrigues - COREN 569806
Enfermeira da COPLA/Parecer Técnico MMH