

De: Gecoq

Para: Gerência de Suprimentos – Gesup – Cagece

Assunto: Esclarecimento PGE, ocorrência 45381

Questionamento:

Referente ao Processo nº 43012.001565/2024-63, Edital nº 202501105 – 91104/2025, solicito ,gentilmente, esclarecimentos sobre os itens 12 e 13 do Grupo 5, bem como os itens 24 e 25 do Grupo 8.

Gostaria que fosse especificado qual o tipo de padrão está sendo considerado na cotação desses itens, pois as informações contidas no Termo de Referência não apresentam detalhes suficientes sobre essas especificações.

Resposta:

Item 12: PADRAO INTERNO PESTICIDAS GC/ECD

Informação complementar: Fornecido na forma sólida (pó ou cristais) em frasco âmbar ou similar, pronto para o preparo de soluções padrão para uso em GC/ECD. Deve possuir certificado de análise.

Item 13: PADROES EM GEL DE CLORO-DPD

Informação complementar:

Código Hexis: HX0001-04471/ Código Fabricante: 2980500/ Marca: HACH
Trata-se de um kit de padrões da marca HACH que é utilizado para calibração/ checagem do colorímetro da mesma marca. Deve possuir certificado de análise.

Item 24: PADRAO MIX TRIHALOMETANOS – GC/ECD

Informação complementar:

Composição: Mistura de trihalometanos (MIX)

Compostos: Bromodiclorometano (CAS: 75-27-4)

Bromofórmio (CAS: 75-25-2)

Clorofórmio (CAS: 67-66-3)

Dibromoclorometano (CAS: 124-48-1)

Concentração: 2000 $\mu\text{g/mL}$ de cada composto

Solvente: Metanol

Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1030 - Vila união
CEP: 60422-901 • Fortaleza / CE
CNPJ: 07.040.108/0001-57



Embalagem: Ampola de 1 mL
Deve possuir certificado de análise.

Item 25: PADRAO DDE - GC/ECD

Informação complementar:

Concentração 1000 µg/mL (ou 1000 ppm) em um solvente orgânico apropriado
(ex: hexano, tolueno ou isooctano).

Deve possuir certificado de análise.

MILENA DE
OLIVEIRA
PEREIRA:447308
02268

Assinado de forma
digital por MILENA DE
OLIVEIRA
PEREIRA:44730802268
Dados: 2025.11.05
15:10:46 -03'00'