

PARECER TÉCNICO 0080/2026 B
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELC Nº 0049/2026



23 DE JANEIRO DE 2026

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
16	651826	2.288	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 14FR - PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA, ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA, LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (AMPLA DISPUTA)
Empresa: DBV COMERCIO			
Marca: HAIBREATH		Referência:	
Fabricante:		Registro da Anvisa: 81045429011	
LOTE:		VAL.:	
CONCLUSÃO			
() FAVORÁVEL		(X) DESFAVORÁVEL	
Justificativa: As amostras não foram entregues em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 14.26. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período na forma do art. 49 do Decreto Estadual nº 35.067/2022, após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, acompanhada dos documentos a ela pertinentes citados no subitem abaixo. 6.4. Amostra 6.4.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da solicitação deste órgão, por meio do e-mail propostas.mmh@saude.ce.gov.br, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85) 3101.5197 (COPLA), no horário de 8:00 às 11:00 e 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 6.4.1.1 Caso a(s) amostra(s) seja(m) encaminhada(s) por correios ou transportadora, o prazo do subitem 6.4.1 também deverá ser observado, não sendo aceito o envio de código de rastreio. Descumprimento do subitem: 15.7.6. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital, quando exigida; Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.			

Elaborado por:

Larissa Edvania Silva
Enfermeira Cooperada- COREN 912.049
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440
Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANNUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 23/01/2026, às 14:04 LARISSA EDVANIA SILVA em 23/01/2026, às 14:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 396B-E076-29F2-8667.

SUITE

PARECER TÉCNICO 0080/2026 B
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELC Nº 0049/2026



Compras.gov.br

Acompanhar Contratação > Pregão Eletrônico : UASG 943001 - N° 91329/2025 (Lei 14.133/2021)

17.771.867/0003-05 DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA
Programa de integridade RJ
Valor ofertado (unitário) R\$ 20.0000
Valor negociado (unitário) -

Chat

17.771.867/0003-05: A negociação do item 16 foi recusada pelo
fornecedor DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL
LTDA, CNPJ 17.771.867/0003-05, mantendo R\$ 20.0000. 16:51:24

O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às
16:53:51 de 06/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor
DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DO BRASIL LTDA,
CNPJ 17.771.867/0003-05. 16:53:51

Proposta

Anexos

Doc PREGAO FILIAL.rar	06/01/2026 16:51:42	
item 16 e anvisa.rar	06/01/2026 16:53:46	

LINK DE CONFERÊNCIA :

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/16?compra=94300105913292025>

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANNUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 23/01/2026, às 14:04 LARISSA EDVANIA SILVA em 23/01/2026, às 14:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 396B-E076-29F2-8667.

SUITE