

PARECER TÉCNICO 0079/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 0049/2026



23 DE JANEIRO DE 2026

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
1	432265	830	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 5 FR – ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 2-0 E 2,5, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, ATRAUMÁTICA, 1 432265 PONTA HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA. LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A PERTINENTE PART.EXCLUSIVA LEGISLAÇÃO A ANVISA.
Empresa: BRASIL MED CARE			
Marca: HAIBREATH		Referência:	
Fabricante:		Registro da Anvisa: 81045429011	
LOTE:		VAL.:	

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
3	432272	1.430	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 6 FR – ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 3-0 E 3,5, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA. LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 23/01/2026, às 14:04 LARISSA EDVANIA SILVA em 23/01/2026, às 14:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 2237-1506-E809-D4FB.

SUITE

PARECER TÉCNICO 0079/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELC Nº 0049/2026



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

		(COTA RESERVADA)
Empresa: BRASIL MED CARE		
Marca: HAIBREATH		Referência:
Fabricante:		Registro da Anvisa: 81045429011 / 81045420014
LOTE:		VAL.:

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
5	432280	1.427	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 8 FR - ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 4-0 E 4,5, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA, LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (COTA RESERVADA)
Empresa: BRASIL MED CARE			
Marca: HAIBREATH		Referência:	
Fabricante:		Registro da Anvisa: 81045429011 / 81045420014	
LOTE:		VAL.:	

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
7	432297	730	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 10 FR - ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 5-0 E 5,5, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANNUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 23/01/2026, às 14:04 LARISSA EDVANIA SILVA em 23/01/2026, às 14:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 2237-1506-E809-D4FB.

SUITE

PARECER TÉCNICO 0079/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELC Nº 0049/2026



			MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA, LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (COTA RESERVADA)
--	--	--	---

Empresa: BRASIL MED CARE

Marca: HAIBREATH

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81045429011 / 81045420014

LOTE:

VAL.:

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
9	607312	1.445	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 12 FR - ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 6-0 E 6,5, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA, LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (COTA RESERVADA)

Empresa: BRASIL MED CARE

Marca: HAIBREATH

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81045429011 / 81045420014

LOTE:

VAL.:

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANNUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 23/01/2026, às 14:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 2237-1506-E809-D4FB.

SUITE

PARECER TÉCNICO 0079/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELC Nº 0049/2026



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Item	Código	Quant.	Especificação
11	625010	1.640	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 14 FR – ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 7-0 E 7,5, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA, LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (COTA RESERVADA)

Empresa: BRASIL MED CARE

Marca: HAIBREATH

Referência:

Fabricante:

Registro da Anvisa: 81045429011 / 81045420014

LOTE:

VAL.:

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
13	625020	595	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 16 FR – ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL 8-0 E 9,0, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA, LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (COTA RESERVADA)

Empresa: BRASIL MED CARE

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANNUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 23/01/2026, às 14:04 LARISSA EDVANIA SILVA em 23/01/2026, às 14:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 2237-1506-E809-D4FB.

SUITE

PARECER TÉCNICO 0079/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELC N° 0049/2026



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

Marca: HAIBREATH	Referência:
Fabricante:	Registro da Anvisa: 81045429011 / 81045420014
LOTE:	VAL.:

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
15	651856	1.329	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 12 FR - PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA, ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA, LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVIOVÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (COTA RESERVADA)

Empresa: BRASIL MED CARE

Marca: HAIBREATH	Referência:
Fabricante:	Registro da Anvisa: 81045429011 / 81045420014
LOTE:	VAL.:

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
17	651826	762	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 14FR - PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA, ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 - Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 23/01/2026, às 14:04 LARISSA EDVANIA SILVA em 23/01/2026, às 14:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 2237-1506-E809-D4FB.

SUITE

PARECER TÉCNICO 0079/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELC Nº 0049/2026



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE

		ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTIREFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA, LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA. (COTA RESERVADA)
Empresa: BRASIL MED CARE		
Marca: HAIBREATH		Referência:
Fabricante:		Registro da Anvisa: 81045429011 / 81045420014
LOTE:		VAL.:

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
18	651836	1.834	SISTEMA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 16FR – PARA USO EM TRAQUEOSTOMIA, ADAPTÁVEL AO TUBO ENDOTRAQUEAL, SONDA DE ASPIRAÇÃO EM POLIVINIL, GRADUADA EM CENTÍMETROS E COM LUVA PROTETORA SILICONIZADA TRANSPARENTE, COM ORIFÍCIOS NA EXTREMIDADE DISTAL, PONTA ATRAUMÁTICA, HIPOALERGÊNICA, ADAPTADOR EM Y COM DUPLO SWIVEL, (PIVÔS ROTATÓRIOS) PARA CONEXÃO AO TUBO ENDOTRAQUEAL E CIRCUITO DO VENTILADOR MECÂNICO, VIA DE INSTILAÇÃO COM VÁLVULA ANTI REFLUXO E VIA DE MDI, INCORPORADO COM VÁLVULA DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO POR PRESSÃO DIGITAL CONTENDO TRAVA E TAMPA PROTETORA, LIVRE DE LÁTEX. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
Empresa: BRASIL MED CARE			
Marca: HAIBREATH			Referência:
Fabricante:			Registro da Anvisa: 81045429011 / 81045420014
LOTE:			VAL.:

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 23/01/2026, às 14:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 2237-1506-E809-D4FB.

SUITE

PARECER TÉCNICO 0079/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELC Nº 0049/2026



CONCLUSÃO	
() FAVORÁVEL	(X) DESFAVORÁVEL
Justificativa: As amostras não foram entregues em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia. 14.26. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período na forma do art. 49 do Decreto Estadual nº 35.067/2022, após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, acompanhada dos documentos a ela pertinentes citados no subitem abaixo. 6.4. Amostra 6.4.1. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da solicitação deste órgão, por meio do e-mail propostas.mmh@saude.ce.gov.br, no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 - Fortaleza/Ceará, Telefone (85) 3101.5197 (COPLA), no horário de 8:00 às 11:00 e 14h00 às 17h00 (horário local), de segunda a sexta-feira, para ser realizada inspeção técnica. 6.4.1.1 Caso a(s) amostra(s) seja(m) encaminhada(s) por correios ou transportadora, o prazo do subitem 6.4.1 também deverá ser observado, não sendo aceito o envio de código de rastreio. Descumprimento do subitem: 15.7.6. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital, quando exigida; Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.	

Elaborado por:

Larissa Edvania Silva
Enfermeira Cooperada- COREN 912.049
Parecer técnico Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Emannuella Arruda Rangel
Enfermeira COREN 479.070
Assistente Técnico - COPLA/SESA

PARECER TÉCNICO 0079/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/1329
PROCESSO Nº 24001.006813/2025-28
OFÍCIO PGE/CELC Nº 0049/2026



Acompanhar Contratação > Pregão Eletrônico : UASG 943001 - N° 91329/2025 (Lei 14.133/2021)

Exclusividade ME/EPP
Aguardando julgamento

Onde solicitada: 830
Valor estimado (unitário) R\$ 40.8725



Propostas

Os detalhes poderão ser visualizados por fornecedor. Clique para expandir e acesse dados como: proposta, anexo e chat.

17152.616/0001-80

ME/EPP

Programa de integridade

Valor ofertado (unitário) R\$ 21.5000

Valor negociado (unitário) -

BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUI.
RJ

Chat

Item 1 foi recusado pelo fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ 17152.616/0001-80, mantendo R\$ 21.5000.



O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:15:19 de 06/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor BRASIL MED CARE IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA., CNPJ 17152.616/0001-80.

15:15:19

Proposta

Anexos

item 1 e anvisa.rar

06/01/2026 15:15:02



DOC BRMED.rar

06/01/2026 15:15:07



LINK DE CONFERÊNCIA :

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/1?compra=94300105913292025>

Secretaria da Saúde do Estado do Ceará

Av. Almirante Barroso, 600 – Praia de Iracema • CEP: 60060-440

Fortaleza / CE • Fone: (85) 3101.5123

Documento assinado eletronicamente por: EMANNUELLA ARRUDA RANGEL CAVAGNAC em 23/01/2026, às 14:04 LARISSA EDVANIA SILVA em 23/01/2026, às 14:02 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 2237-1506-E809-D4FB.

SUITE