



 > [Quadro informativo](#)

Quadro informativo



Pregão Eletrônico N° 91298/2025 (SRP) [\(Lei 14.133/2021\)](#)

UASG 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

Critério julgamento: **Menor Preço / Maior Desconto** Modo disputa: **Aberto/Fechado**



Contratação em período de cadastramento de proposta 

Avisos (0)

Impugnações (0)

Esclarecimentos (1)

09/01/2026 16:02



91290/2025, nossa empresa obteve acesso ao Edital referente a este processo, e gostaríamos de pedir esclarecimentos, conforme abaixo:

Razão do Esclarecimento:

O videonasolaringoscópio que oferecemos dispõe da mais moderna tecnologia de câmera na ponta de equipamento (chip CMOS), com tela LCD de alta resolução acoplada de forma rápida e suave, empunhadura ergonômica, possibilidade de captura de fotos e vídeos, porta HDMI para reprodução em outro monitor, leds de alto brilho na ponta do equipamento dispensando a necessidade de outra fonte de luz, com diâmetro externo de 2,8mm, menos calibroso e mais confortável para realizar o diagnóstico. Amplo campo de visão de 110° superior aos 70° solicitados. Ângulos de deflexão de 160° para cima e 130° para baixo, superiores aos 110° solicitados. Método de desinfecção de alto nível por imersão em glutaraldeído ou ácido peracético, já tradicionalmente utilizado e recomendado nesses procedimentos aumentando a vida útil do equipamento. Será aceito?

A fibra de imagem (NasoFibrosópio) está obsoleta, com qualidade de imagem inferior à tecnologia com câmera na ponta (chin on the tip). Será aceito?

Aguardamos resposta quanto ao esclarecimento, para que seja sanada a dúvida existente e possamos preparar nossa proposta.

Desde já agradecemos a atenção e ficamos à disposição.

Porto Alegre, 05 de janeiro de 2026.



Por se tratar de matéria técnica este pregoeiro encaminhou ao setor técnico que se manifestou conforme segue e é adotado :

RESPOSTA

1. Quanto ao método de desinfecção:
- Considerando a necessidade de assegurar maior segurança e eficiência no processamento do equipamento, faz-se necessário que o item ofertado disponha de possibilidade de esterilização por baixa temperatura, tendo em vista que esse método oferece maior confiabilidade no controle microbiológico, menor exposição ocupacional a agentes químicos e menor impacto sobre materiais sensíveis, contribuindo para a ampliação da vida útil do equipamento e para a segurança do seu uso. Ressalta-se que itens que disponham exclusivamente de métodos de imersão química, como o uso de glutaraldeído ou ácido peracético, não serão aceitos.
2. Quanto aceitação de tecnologia com câmera na ponta (chin on the tip): Considerando a devida comprovação, por meio de documentação técnica do fabricante, informa-se que não há impedimento quanto à aceitação de tecnologia superior para formação de imagem, como a tecnologia de câmera na ponta (chip on the tip), bem como para quaisquer outras características ou especificações técnicas, desde que o equipamento ofertado comprove desempenho igual ou superior ao solicitado e atenda integralmente a todas as especificações técnicas estabelecidas no descritivo do item.

Elaborado por:

Assinado eletronicamente

Francisco Denilson de Sousa Albuquerque

Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA

Visto por:

Assinado eletronicamente

Stephane Rocha Moraes

Assistente de Gestão/Engenheira Clínica - COPLA/SESA

Assinado eletronicamente

Talison Ribeiro Bezerra

Assistente Técnico/Engenheiro Clínico - COPLA/SESA

Incluir esclarecimento

