

De: Gecoq

Para: Gerência de Suprimentos – Gesup – Cagece

Assunto: Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 20250133, ocorrência 46395, interessada, CHROMASTORE

Item 17:

FILTRO DE SERINGA EM FIBRA DE VIDRO 25 MM - CIANOTOXINAS

FILTRO DESCARTÁVEL PARA USO EM SERINGAS DE 5 A 10ML; FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO; PORO DE 0,45 A 1,2 UM; DIÂMETRO DO FILTRO 25 MM; NÃO ESTÉRIL. FILTRO UTILIZADO PARA FILTRAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÁGUA. UNIDADE:CAIXA OU PACOTE COM 100 UNIDADES.

Questionamentos e Respostas:

1. O meio filtrante deve ser fibra de vidro ou Nylon?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser fabricado em fibra de vidro;

2. O material deve ser estéril ou não?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material é não estéril;

3. A porosidade deve ser de 0,22 micron ou entre 0,45 e 1,2 micron?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser entre 0,45 e 1,2 micron

4. A unidade de fornecimento é de unidade ou caixas com 100 unidades?

Resposta: de acordo com o Termo de Referência, o material deve ser ofertado em pacotes ou caixas contendo 100 unidades.

Item 18

FILTRO DE SERINGA FIBRA DE VIDRO 25 MM – ELISA

FILTRO DESCARTÁVEL PARA USO EM SERINGAS E 5 A 10 ML, UTILIZADO PARA FILTRAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÁGUA, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, PORO PODE VARIAR DE 0,45 A 1,2 UM, DIÂMETRO DO FILTRO DE 25 MM; NÃO NECESSÁRIO SER ESTÉRIL. PREÇO REFERENTE A CAIXA OU PACOTE COM 100 UNIDADES.

Questionamentos e Respostas:

1. O meio filtrante deve ser fibra de vidro ou Nylon?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser fabricado em fibra de vidro;

2. O material deve ser estéril ou não?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material não precisa ser estéril;

3. A porosidade deve ser de 0,22 micron ou entre 0,45 e 1,2 micron?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser entre 0,45 e 1,2 micron

4. A unidade de fornecimento é de unidade ou caixas com 100 unidades?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, a unidade de fornecimento está definida como pacote, não havendo obrigatoriedade de uma quantidade específica de unidades por pacote. A licitante deverá assegurar que a soma das unidades entregues atenda integralmente ao quantitativo total solicitado no edital, respeitando as condições de embalagem e integridade do material.

Item 19:

FILTRO SERINGA PVDF 13 MM HPLC

FILTRO DESCARTÁVEL PARA SERINGA, UTILIZADO PARA MICROFILTRAÇÃO DE AMOSTRAS EM SOLVENTES ORGÂNICOS. HIDROFÓBICO. MATERIAL DA MEMBRANA: FLUORETO POLIVINIDILENO (PVDF). DIÂMETRO DO PORO: 0,22UM. DIÂMETRO DA MEMBRANA: 13 MM. CAPACIDADE DE FILTRAR VOLUME DE ATÉ 10 ML. DESCARTÁVEL. TIPO DE EMBALAGEM: PACOTE.

Questionamentos e Respostas:

1. O meio filtrante deve ser PVDF ou PTFE?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser em PVDF (hidrofóbico)

2. A unidade de fornecimento é de unidade ou caixas com 100 unidades?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, a unidade de fornecimento está definida como pacote, não havendo obrigatoriedade de uma quantidade específica de unidades por pacote. A licitante deverá assegurar que a soma das unidades entregues atenda integralmente ao quantitativo total solicitado no edital, respeitando as condições de embalagem e integridade do material.

Item 20:

FILTRO SERINGA PVDF HIDROFÍLICA – HPLC

FILTROS DESCARTÁVEIS PARA SERINGA COM MEMBRANA PVDF (FLUORETO POLIVINIDILENO) HIDROFÍLICA. DIÂMETRO DO PORO: 0,22UM. DIÂMETRO DA MEMBRANA: 13 MM. CAPACIDADE DE FILTRAR VOLUME DE ATÉ 10 ML. UTILIZADO PARA MICROFILTRAÇÃO DE AMOSTRAS AQUOSAS, SOLUÇÕES AQUOSAS E MEDIAMENTE ORGÂNICAS. NÃO ESTÉRIL. CONEXÃO ENTRADA FÊMEA E SAÍDA MACHO, COMPATÍVEIS COM SERINGAS DE 10 ML. MATERIAL DO DISPOSITIVO (SUPORTE) POLIPROPILENO. PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 10 BAR (15 PSI). TEMPERATURA OPERACIONAL MÁXIMA 45 (°C). VAZÃO: 16 L/MIN. VOLUME DE RETENÇÃO: <25 UL. ALTURA: 21 MM. ÁREA DE FILTRAÇÃO: 0,8 CM².

Questionamentos e respostas:

1. O meio filtrante deve ser PVDF ou PTFE?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser em PVDF (hidrofílico).

2. O diâmetro aceitável para cotação pode ser 15 mm?

Resposta: Área de Filtração: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o diâmetro deve ser o de 13 mm, contudo serão aceitos filtros com diâmetro de 13 mm ou 15 mm. Considera-se que o diâmetro de 15 mm oferece uma área de filtração superior,

facilitando a operação manual dos analistas, desde que o volume de retenção permaneça inferior a 25 µL, conforme exigido no TR, para evitar perdas significativas de amostra.

Item 21:

FILTRO DE SERINGA EM FIBRA DE VIDRO 25 MM - CIANOTOXINAS

FILTRO DESCARTÁVEL PARA USO EM SERINGAS DE 5 A 10ML; FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO; PORO DE 0,45 A 1,2 UM; DIÂMETRO DO FILTRO 25 MM; NÃO ESTÉRIL. FILTRO UTILIZADO PARA FILTRAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÁGUA. UNIDADE:CAIXA OU PACOTE COM 100 UNIDADES.

Questionamentos e Respostas:

1. O meio filtrante deve ser fibra de vidro ou Nylon?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser fabricado em fibra de vidro;

2. O material deve ser estéril ou não?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material é não estéril;

3. A porosidade deve ser de 0,22 micron ou entre 0,45 e 1,2 micron?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser entre 0,45 e 1,2 micron

4. A unidade de fornecimento é de unidade ou caixas com 100 unidades?

Resposta: de acordo com o Termo de Referência, o material deve ser ofertado em pacotes ou caixas contendo 100 unidades.

Item 22:

FILTRO DE SERINGA FIBRA DE VIDRO 25 MM – ELISA

FILTRO DESCARTÁVEL PARA USO EM SERINGAS E 5 A 10 ML, UTILIZADO PARA FILTRAÇÃO DE AMOSTRAS DE ÁGUA, FABRICADO EM FIBRA DE VIDRO, PORO PODE VARIAR DE 0,45 A 1,2 UM, DIÂMETRO DO FILTRO DE 25 MM; NÃO NECESSÁRIO SER ESTÉRIL. PREÇO REFERENTE A CAIXA OU PACOTE COM 100 UNIDADES.

Questionamentos e Respostas:

1. O meio filtrante deve ser fibra de vidro ou Nylon?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser fabricado em fibra de vidro;

2. O material deve ser estéril ou não?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material não precisa ser estéril;

3. A porosidade deve ser de 0,22 micron ou entre 0,45 e 1,2 micron?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser entre 0,45 e 1,2 micron

4. A unidade de fornecimento é de unidade ou caixas com 100 unidades?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, a unidade de fornecimento está definida como pacote, não havendo obrigatoriedade de uma quantidade específica de unidades por pacote. A licitante deverá assegurar que a soma das unidades entregues atenda integralmente ao quantitativo total solicitado no edital, respeitando as condições de embalagem e integridade do material.

Item 23:

FILTRO SERINGA PVDF 13 MM HPLC

FILTRO DESCARTÁVEL PARA SERINGA, UTILIZADO PARA MICROFILTRAÇÃO DE AMOSTRAS EM SOLVENTES ORGÂNICOS. HIDROFÓBICO. MATERIAL DA MEMBRANA: FLUORETO POLIVINIDILENO (PVDF). DIÂMETRO DO PORO: 0,22UM. DIÂMETRO DA MEMBRANA: 13 MM. CAPACIDADE DE FILTRAR VOLUME DE ATÉ 10 ML. DESCARTÁVEL. TIPO DE EMBALAGEM: PACOTE.

Questionamentos e Respostas:

1. O meio filtrante deve ser PVDF ou PTFE?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser em PVDF (hidrofóbico)

2. A unidade de fornecimento é de unidade ou caixas com 100 unidades?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, a unidade de fornecimento está definida como pacote, não havendo obrigatoriedade de uma quantidade específica de unidades por pacote. A licitante deverá assegurar que a soma das unidades entregues atenda integralmente ao quantitativo total solicitado no edital, respeitando as condições de embalagem e integridade do material.

Item 24:

FILTRO SERINGA PVDF HIDROFÍLICA – HPLC

FILTROS DESCARTÁVEIS PARA SERINGA COM MEMBRANA PVDF (FLUORETO POLIVINIDILENO) HIDROFÍLICA. DIÂMETRO DO PORO: 0,22UM. DIÂMETRO DA MEMBRANA: 13 MM. CAPACIDADE DE FILTRAR VOLUME DE ATÉ 10 ML. UTILIZADO PARA MICROFILTRAÇÃO DE AMOSTRAS AQUOSAS, SOLUÇÕES AQUOSAS E MEDIANTE ORGÂNICAS. NÃO ESTÉRIL. CONEXÃO ENTRADA FÊMEA E SAÍDA MACHO, COMPATÍVEIS COM SERINGAS DE 10 ML. MATERIAL DO DISPOSITIVO (SUPORTE) POLIPROPILENO. PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA: 10 BAR (15 PSI). TEMPERATURA OPERACIONAL MÁXIMA 45 (°C). VAZÃO: 16 L/MIN. VOLUME DE RETENÇÃO: <25 UL. ALTURA: 21 MM. ÁREA DE FILTRAÇÃO: 0,8 CM².

Questionamentos e respostas:

1. O meio filtrante deve ser PVDF ou PTFE?

Resposta: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o material deve ser em PVDF (hidrofílico).

2. O diâmetro aceitável para cotação pode ser 15 mm?

Resposta: Área de Filtração: de acordo com o detalhamento no Termo de Referência, o diâmetro deve ser o de 13 mm, contudo serão aceitos filtros com diâmetro de 13 mm ou 15 mm. Considera-se que o diâmetro de 15 mm oferece uma área de filtração superior, facilitando a operação manual dos analistas, desde que o volume de retenção permaneça inferior a 25 µL, conforme exigido no TR, para evitar perdas significativas de amostra.