

De: Gecoq

Para: Gerência de Suprimentos – Gesup – Cagece

Assunto: Esclarecimento Pregão Eletrônico nº 20250133, ocorrência 46322/46394, interessada: FERPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO - LTDA

Questionamento:

Considerando que a espessura de parede superior a 2 mm é incomum em linhas de vidraria de precisão standard para pequenos volumes, e visando garantir a ampla competitividade do certame e evitar que o item seja considerado "deserto" ou "fracassado", solicitamos:

A indicação de marcas de referência que o órgão utilizou como base para a elaboração deste descritivo técnico;

Subsidiariamente, o esclarecimento se o órgão aceitará marcas que atendam à norma ASTM-E-960, mas que possuam espessuras de parede ligeiramente inferiores ao padrão de 2 mm para os volumes reduzidos, desde que mantida a qualidade e resistência térmica exigidas.

Resposta:

Em atenção ao questionamento quanto à exigência de espessura de parede de 2 mm para itens de vidraria de volumes reduzidos, esclarecemos que:

1. Da Flexibilização do Requisito: Informamos que serão aceitas vidrarias com espessura de parede ligeiramente inferior a 2 mm para itens de pequeno volume (como béqueres e frascos de 50ml ou 100ml).
2. Da Condição de Aceitabilidade: A aceitação mencionada no item anterior está estritamente condicionada à comprovação de que o material ofertado atende integralmente à norma ASTM-E-960 (Standard Specification for Glass Beakers) ou à norma ISO 3819, que garantem a resistência mecânica e o choque térmico adequados ao uso laboratorial;
3. Da Comprovação Técnica: Conforme o item 7.1.1 do Termo de Referência, o licitante deverá garantir que o objeto atenda às especificações técnicas de qualidade. Portanto, a compatibilidade com as normas técnicas internacionais deve constar de forma clara no catálogo técnico ou certificado de garantia apresentado na fase de habilitação/proposta.
4. Do Objetivo: Tal medida visa ampliar a competitividade do certame, permitindo a participação de marcas líderes de mercado que utilizam tecnologias de fabricação otimizadas, sem abdicar da segurança dos operadores e da integridade dos ensaios realizados pela CAGECE.