



Paula Gina dos Santos Sousa <paula.gina@pge.ce.gov.br>

Fwd: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91766/2025 – SESA/COEXE

Licitação PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

3 de março de 2026 às 17:38

Para: Carlos Leitao <carlos.leitao@pge.ce.gov.br>, Paula Gina dos Santos Sousa <paula.gina@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **DIAS Gislaïne** <Gislaïne.DIAS@essity.com>

Date: ter., 3 de mar. de 2026 às 17:33

Subject: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91766/2025 – SESA/COEXE

To: licitacao@pge.ce.gov.br <licitacao@pge.ce.gov.br>

Cc: DIAS Gislaïne <Gislaïne.DIAS@essity.com>

À

Central de Licitações do Estado do Ceará – PGE

Ref.: Pregão Eletrônico nº 91766/2025 – SESA/COEXE**Processo:** NUP 24001.049693/2025-53

Prezados Senhores,

A empresa **Essity Soluções Médicas do Brasil Comércio e Distribuição Ltda, inscrita sob CNPJ nº 54.858.014/0009-27**, vem respeitosamente, com fundamento no item **10** do edital supracitado, apresentar **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** acerca das especificações técnicas constantes do **Item 6** do Anexo I – Termo de Referência, conforme segue.

Do ponto que requer esclarecimento “Com no mínimo 5 camadas”

Solicitamos esclarecimento quanto à necessidade e fundamentação técnica para a exigência do número fixo de camadas, uma vez que tal especificação não está alinhada às diretrizes internacionais nem à prática clínica atual para curativos de espuma multicamadas com silicone.

A exigência de mínimo de 5 camadas fixas pode gerar restrição competitiva, pois exclui curativos multilayer com eficácia comprovada que possuem 3 a 4 camadas, como o Cutimed® Siltec® B, cuja literatura técnica e clínica (Stephen-Haynes & Timmons, Wounds UK, 2009) documenta 3–5 camadas variáveis, não necessariamente fixas.

Assim, a definição de um número mínimo específico de camadas pode caracterizar limitação indevida da competitividade, contrariando o princípio da isonomia (Lei 14.133/21).

Finalidade do Produto Ofertado (Exemplo de Produto Elegível)

O curativo Cutimed® Siltec® B 15x15 cm é amplamente indicado para:

- Prevenção e tratamento de lesões sacrais exsudativas (estágios I e II)
- Proteção de incisões cirúrgicas
- Manejo de áreas doadoras

Características técnicas:

- Espuma hidrofílica de poliuretano (3 mm)
- Camada de contato perfurada de silicone
- Bordas adesivas com “efeito memória”
- Filme externo impermeável e permeável ao vapor
- Uso seguro por até 7 dias

Essas características atendem integralmente ao objetivo clínico previsto no item licitado.

Fundamentação Técnica e Científica

Diretrizes internacionais

As diretrizes NPIAP/EPUAP/PPPIA (2019 e Living Guideline 2025) recomendam curativos de espuma com silicone multicamadas para prevenção e tratamento de lesões por pressão — sem definir número mínimo de camadas.

Evidências clínicas relevantes

- Overview de revisões sistemáticas – Stacciarini et al., 2023:

Demonstra eficácia e segurança de curativos multicamadas de poliuretano com silicone para LPP estágios I a III.

- RCT – Beeckman et al., 2021:

Curativos de espuma multicamadas reduziram em 36% a incidência de LPP grau \geq II na região sacral.

- Meta-análise – Fu et al., 2025:

Curativos de silicone multicamadas reduzem significativamente lesões sacrais em diversos cenários clínicos.

- Stephen-Haynes & Timmons, Wounds UK, 2009:

Curativos da linha Cutimed® Siltec® apresentam tipicamente 3–5 camadas funcionais, variando de acordo com modelo e espessura, com validação clínica.

Nenhuma referência técnica reconhecida determina que sejam exigidas exatamente 5 camadas fixas.

Justificativa para Flexibilização do Requisito

- A exigência de “5 camadas fixas” não encontra embasamento em diretrizes internacionais.
- Produtos eficazes, amplamente utilizados e validados — como o Cutimed® Siltec® B — possuem 3 a 4 camadas, podendo ser excluídos injustificadamente.
- A adoção de critérios estritamente numéricos (quantidade de camadas) não reflete desempenho clínico real, pois eficácia depende da interação das camadas, e não de sua contagem.
- A flexibilização melhora a competitividade, reduz riscos de direcionamento e amplia alternativas tecnicamente adequadas ao órgão.

Proposta de Ajuste no Termo de Referência

Sugerimos substituir o requisito:

“Mínimo de 5 camadas fixas de espuma de silicone”

por:

“Curativo de espuma de poliuretano multicamadas com silicone (3–5 camadas), comprovado por literatura técnica e estudos clínicos, adequado para prevenção e tratamento de lesões por pressão.”

Essa redação:

- ✓ mantém o padrão clínico exigido
- ✓ amplia a competitividade
- ✓ evita restrição indevida
- ✓ permite a oferta de produtos validados internacionalmente

Do pedido:

Diante do exposto, solicitamos esclarecimento quanto:

Qual a fundamentação técnica-científica específica que justifica a exigência de mínimo de 5 camadas fixas para o curativo descrito no Item 06.

Se poderá haver flexibilização do requisito, permitindo a participação de curativos multicamadas (3 a 5 camadas), desde que atendam às funções clínicas de absorção, redistribuição de pressão, proteção e adesividade, conforme recomendado por diretrizes internacionais.

Se será aceito produtos com camadas funcionais variáveis, mas que cumprem integralmente a finalidade clínica, poderão ser avaliados na fase de amostras e avaliação técnica.

Referências Bibliográficas

- EPUAP/NPIAP/PPPIA. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers/Injuries. 2019; Living Guideline 2025.
- Stacciarini TS et al. Eficácia e segurança do curativo de espuma multicamadas com silicone. ResearchGate, 2023.
- Beeckman D et al. Journal of Wound Care, 2021.
- Fu et al. International Wound Journal, 2025.
- Stephen-Haynes J; Timmons J. Wounds UK, 2009.
- Dados técnicos: [cutimed.us](https://www.cutimed.us); [cbsmed.com.br](https://www.cbsmed.com.br).

Gislaine DIAS

Contract & Tender Brazil

P: (11) 3086-9826 | **E:** gislaine.dias@essity.com



Essity Solucoes Medicas do Brasil Comercio e Distribuicao Ltda.

Rua, Doutor Rubens Gomes Bueno, 691 – 19º Andar
Torre Alpha – Condominio 17007 Nações
Várzea de Baixo
São Paulo- SP
04730-000
Brazil

This message may contain confidential, proprietary or legally privileged information and is intended for the addressee's use only. Any usage, disclosure, distribution, print or copying of any part of this message is prohibited unless you are the intended recipient. If you receive this message in error, please delete it from any computer and notify the sender. If you suspect that this message may have been altered, please notify the sender. Essity has taken every reasonable precaution to ensure that this e-mail and any attachments to this e-mail has been scanned for viruses. However, Essity does not accept liability for any damage caused by software viruses brought to you by this mail.

ESSITY INTERNAL

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.
