

SECRETARIA DA SAUDE - 07.954.571/0001-04
EDITAL Nº 20260107 - VIPROC Nº 24001000575202547

LISTA DE ITENS – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Item	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade
1	10624310 - INTEGRADOR QUIMICO, INDICADOR QUIMICO TIPO 5, MONITORAR O ALCANCE DOS PARAMETROS CRITICOS DO PROCESSO DENTRO DOS PACOTES ESTERILIZADOS POR CALOR ÚMIDO EM AUTOCLAVES EM CICLOS DE 121°C A 135°C, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	210.000,00
2	10624510 - INTEGRADOR QUIMICO, INDICADOR QUIMICO TIPO 5, EM PACOTE DESAFIO DE PROCESSO DDP, PARA MONITORAR CARGAS ESTERILIZADAS POR CALOR UMIDO EM AUTOCLAVES EM CICLOS DE 121°C A 135°C, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	5.100,00
3	10624910 - INDICADOR, BIOLOGICO AUTOCONTIDO, PARA MONITORAMENTO DA MORTE MICROBIANA POR MEIO DO AGENTE ESTERILIZANTE CALOR UMIDO NAS AUTOCLAVES EM CICLOS DE 121°C A 135°C, CONSTITUÍDO POR DISPOSITIVO TERMORRESISTENTE ABRIGANDO AMPOLA LACRADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	22.200,00
4	1062335 - INDICADOR, BIOLOGICO ADICIONADO E UMA UNIDADE DE INDICADOR QUIMICO TIPO 5, EM PACOTE DE DESAFIO DE PROCESSO, DDP, PARA MONITORAMENTO DA MORTE MICROBIANA E ALCANCE DOS PARAMETROS CRITICOS NAS AUTOCLAVES EM CICLOS DE 121°C A 135°C, INDICADOR BIOLOGICO CONSTITUÍDO POR DISPOSITIVO TERMORRESISTENTE ABRIGANDO AMPOLA LACRADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: A EMPRESA DEVERÁ FORNECER A INCUBADORA	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	3.500,00
5	1399759 - INDICADOR, DISPOSITIVO TIPO SWAB PARA VERIFICACAO DA LIMPEZA DE DISPOSITIVOS MEDICOS POR RESIDUOS DE PROTEINA, SENSIBILIDADE PARA DETECTAR, NO MINIMO 3 MICROGRAMAS DE RESIDUOS DE PROTEINAS NA SUPERFICIE TESTADA, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE - OBS: ACOMPANHADO (QUANDO APLICÁVEL) DE LEITORA / INCUBADORA	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	500,00
6	1025044 - INDICADOR, QUIMICOS TIPO 1 FITA TESTE PARA AUTOCLAVE, PARA MONITORIZACAO EXTERNA DA EXPOSICAO DOS PACOTES AO AGENTE ESTERILIZANTE CALOR UMIDO NAS AUTOCLAVES, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	3.500,00