

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90237/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Gravador De Holter			
Descrição Detalhada: Gravador De Holter Aplicação: Adulto E Pediátrico, Composição: Unidade Gravadora Portátil, Número De Vias: P/ Cabo De 3,4 Ou 10 Vias, Recursos De Gravação: Grava 3 Ou 12 Derivações E Até 336 H, Recursos Adicionais Mínimos: Marcapasso E Resolução De 2 Bits, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Cartão De Memória C/ Entrada Usb Ou Serial			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	59	Quantidade Mínima Cotada:	59
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.165,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	118
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (59)		
Grupo: G1			

2 - Polissonógrafo			
Descrição Detalhada: Polissonógrafo Apresentação: Headbox C/ Psg, Capacidade De Monitorização Do Sistema: P/ 1 Paciente, Número Mínimo De Canais: 13 Canais, Parâmetros Mínimos: Eeg, Ecg, Eog, Emg, Resp, Spo2, Etco2 E Holter, Componente: Software Básico, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	49.703,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (10)		
Grupo: G1			

3 - Aparelho eletrográfico			
Descrição Detalhada: Aparelho Eletrográfico Tipo: Monitorização Nervos Motores,Para Neuronavegador, Componentes: 4 Canais Simultâneos, Interface Paciente/Simuladora, Tipo Filtro: Filtro Interferência Eletromagnética Ajustável, Características Adicionais: Sensibilidade 10 A 5000mv,Regulagem 0,1 Até 3ma, Funções: Checagem Automática Posição De Eletrodos, Acessórios: Saída Para Cd,Zip Disc,Impressora,110/220v			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	75	Quantidade Mínima Cotada:	75
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	64.846,19		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	150
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Fortaleza/CE (75)		

4 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Tipo Eletro-neuromiógrafo, 8 Eletrodos De Superfície, Adicionais: C/Mínimo 20 Agulhas Monopolares Vários Tamanhos, Alimentação: 01 Unidade Isolamento(Nobreak), Características Adicionais: 1laptop Win Xp 15"Corido, 4cabos Extensão P/Agulha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 115.764,42

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (6)

5 - Litotriptor extracorpóreo

Descrição Detalhada: Litotriptor Extracorpóreo Gerador De Energia: Eletro-Hidráulico, Controle Disparo Das Ondas De Choque: Ecg E Choques/Min, Manual, Pressão De Trabalho: Mínimo 50 Mpa, Profundidade De Penetração: Cerca De 150 MM, Mesa De Exame: Ajustável, Radiotransparante E Carga Mínima 160kg

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.241,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (15)

6 - Material para acupuntura

Descrição Detalhada: Material Para Acupuntura Tipo Material: Aparelho Eletroacupuntura, Material: Gabinete Plástico, Ajuste Digital, Características Adicionais: 8 Canais, Onda Contínua, Burst E Mista, Adicional: Memória, À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.141,88

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (4)

7 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Coagulação: Coagulação E Spray, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Opcionais: Ajuste Mecânico, Outros Componentes: Alarme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 43

Quantidade Mínima Cotada: 43

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 18.636,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 86

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (43)

8 - Sistema Computadorizado Para Teste Ergométrico

Descrição Detalhada: Sistema Computadorizado Para Teste Ergométrico Tipo Do Aparelho Para Teste De Esforço: Esteira Ergométrica Uso Médico, Características: C/ Elevação E Velocidade Ajustáveis, Capacidade: Mínimo 120 KG, Número Traçados No Monitor: 12, Recursos Adicionais Mínimos: Ecg Repouso/Estresse, Fc Alvo, Pa, Spo2, Componente: Software Básico, Capacidade De Armazenamento: Até 1 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 16

Quantidade Mínima Cotada: 16

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 111.210,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 32

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (16)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Gravador De Holter	59	Unidade
2	Polissonógrafo	10	Unidade