

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90308/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana, Uso: Procedimentos Parenquimatosos, Aplicação: Subdural, Ventricular E Epidural, Tamanho: 5FRENCH, Comprimento: 60CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Poliuretano, Componentes: C/ Sensor De Temperatura, Componente I: Semicondutor Ótico, Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 6.550,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 35
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 70

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (35)
Grupo: G1

2 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana, Uso: Procedimentos Parenquimatosos, Aplicação: Subdural, Ventricular E Epidural, Tamanho: 5 FRENCH, Comprimento: 60 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Poliuretano, Componentes: C/ Sensor De Temperatura, Componente I: Semicondutor Ótico, Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 6.550,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 35
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 70

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (35)
Grupo: G1

3 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Pressão Intracraniana, Uso: Procedimentos Parenquimatosos, Aplicação: Subdural, Ventricular E Epidural, Tamanho: 5 FRENCH, Comprimento: 60 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Poliuretano, Componentes: C/ Sensor De Temperatura, Componente I: Semicondutor Ótico, Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço
Valor Unitário (R\$): 6.550,00
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01
Quantidade Mínima Cotada: 30
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 60

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (30)
Grupo: G1

4 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Redonda Cortante, Tipo: Corte Rápido, Diâmetro: 8,0 MM, Comprimento Haste: 70 MM, Encaixe: Encaixe Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.154,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

5 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Broca Cirúrgica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Autobloqueante, Diâmetro: 11MM, Característica Adicional: P/ Trépano, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.154,70

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (20)

6 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico, Componente: Com Tobramicina, Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 195,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (60)

7 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana Substituição Dura-Máter Composição: Ptfе, Espessura: 0,3 MM, Transmitância: Transparente, Comprimento: 5 CM, Largura: 6 CM, Aplicação: Reconstrução, Características Adicionais: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.444,33

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (140)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Cateter monitorização	35	Unidade
2	Cateter monitorização	35	Unidade
3	Cateter monitorização	30	Unidade