

 CEARÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE	RESPOSTA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NUP 24001.087898/2024-56 DATA: 23/06/2025 ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO EMP. ELFA AOS ITENS 11 E 12 - PE 0321/2025
--	---

1. Trata-se de resposta da equipe MMH/SESA ao pedido de esclarecimento interposto pela Empresa ELFA aos itens 11 e 12 do PE 0321/2025, cito pág. 336, reportado pela COEXE/SESA, cito pág. 342; temos as seguintes considerações:

2. Questionamento da Empresa Elfa:

2.1. **PERGUNTA:** Referente ao item:

“Quanto aos itens 11 e 12, identificamos no edital a descrição: “Bico Luer com travamento”. Diante disso, solicitamos esclarecimento do órgão responsável quanto à especificação: o termo se refere a seringa do tipo Luer Lock?”

Resposta: Sim, o termo “bico luer com travamento” se refere a seringas luer lock.

Elaborado por:

(assinatura digital)

Maria Juliana da Silva Guia Rodrigues - COREN 569.806
Enfermeira da COPLA/Assistente Técnico MMH

(assinatura digital)

Lívia Farias Leitão - COREN 128311
Enfermeira da COPLA/Assistente Técnico MMH

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JULIANA DA SILVA GUIA RODRIGUES em 25/06/2025, às 12:17 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código CEZA-B314-5CA9-8B3B.