



Paula Gina dos Santos Sousa <paula.gina@pge.ce.gov.br>

Fwd: Esclarecimentos PE 90572/2025 _ Secretaria de Saúde - CE _ Abertura: 21/08/2025

Licitacao PGE <licitacao@pge.ce.gov.br>

14 de agosto de 2025 às 08:52

Para: Andersson Silva <andersson.silva@pge.ce.gov.br>, Paula Gina dos Santos Sousa <paula.gina@pge.ce.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: **Licitações [Proscience]** <licitacoes@proscience.com.br>

Date: qua., 13 de ago. de 2025 às 18:23

Subject: Esclarecimentos PE 90572/2025 _ Secretaria de Saúde - CE _ Abertura: 21/08/2025

To: licitacao@pge.ce.gov.br <licitacao@pge.ce.gov.br>

Boa tarde.

Segue solicitação de esclarecimento.

Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referentes às especificações técnicas do produto solicitado.

Item 4 – Microplaca óptica

1. Em fase de esclarecimento na primeira abertura do certame, foi questionado sobre a compatibilidade das microplacas a serem adquiridas, o que foi respondido com uma solicitação de compatibilidade com uma série de equipamentos distintos (Termociclador 7500 System – Applied Biosystems; Quantstudio 5 PCR System; Quantstudio 7 PCR System; QFX96 Real-Time PCR System; PCR em tempo real Amplio 96) . Visto que, não há no mercado um único item que possua compatibilidade com todos os equipamentos solicitados, poderiam apontar as especificações do modelo de placa que desejam adquirir (borda: com/sem; Saia: Sem saia/Meia saia/Saia completa; Código de barras: com/sem)?

Os esclarecimentos são de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelo item, além da disponibilidade do produto adequado.

Atenciosamente,

PROSCIENCE
Produtos para Laboratórios**EMILY MATOS****DEP. LICITAÇÕES**licitacoes@proscience.com.br

R. Santa Mônica, 820 - Bloco B

Parque Industrial San José

Cotia-SP | 06715-865

11 3197-2867

Aviso de Confidencialidade: Esta comunicação deve ser lida apenas pelo seu destinatário e não pode ser retransmitida sem autorização formal. Caso seja recebida indevidamente, por favor destrua-a. Qualquer reprodução, alteração, distribuição e/ou publicação é estritamente proibida.

--

Notice of Confidentiality: This document should only be read by those persons to whom it is addressed and can not be relayed without formal permission. If you have received this e-mail message in error, please destroy it. Any form of reproduction, modification, distribution and/or publication of this e-mail message is strictly prohibited.

4 anexos



ComprasCE_anx8347544045541366662.pdf
1206K



ComprasCE_anx576834604570785498.pdf
48K



ComprasCE_anx12494510871036686135.pdf
349K



ComprasCE_anx3570364538433971756.pdf
355K