

ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 20250572 – SESA

PROCESSO NUP: 24001.099538/2024-05

EMPRESA: PROSCIENCE

Em atenção aos pedidos de esclarecimento apresentado pela empresa **PROSCIENCE**, referente ao Edital do Pregão Eletrônico supracitado, a Comissão Central de Avaliação – CCA1, instituída nos termos da Instrução Normativa nº 06/PGE, publicada no Diário Oficial do Estado nº 242, de 23 de dezembro de 2024, apresenta os seguintes esclarecimentos:

Questionamento 1

[...] Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referentes às especificações técnicas do produto solicitado.

Item 4 – Microplaca óptica

1. Em fase de esclarecimento na primeira abertura do certame, foi questionado sobre a compatibilidade das microplacas a serem adquiridas, o que foi respondido com uma solicitação de compatibilidade com uma série de equipamentos distintos (Termociclador 7500 System – Applied Biosystems; Quantstudio 5 PCR System; Quantstudio 7 PCR System; QFX96 Real-Time PCR System; PCR em tempo real Amplio 96) . Visto que, não há no mercado um único item que possua compatibilidade com todos os equipamentos solicitados, poderiam apontar as especificações do modelo de placa que desejam adquirir (borda: com/sem; Saia: Sem saia/Meia saia/Saia completa; Código de barras: com/sem)?.[...]

Resposta 1

A área técnica da Secretaria de Saúde - SESA informa que:

[...]

Seguem abaixo as especificações técnicas do modelo de microplaca que desejamos adquirir:

- *Tipo de produto: Microplaca óptica para PCR em tempo real, 96 poços;*
- *Características físico-químicas: Livre de DNA humano, DNases e RNases;*
- *Material de fabricação: Polipropileno, não pirogênico, livre de minerais e metais pesados;*
- *Capacidade: 0,2 mL por poço;*
- *Configuração: Sem saia e sem borda;*
- *Compatibilidade: Equipamento modelo Amplio 96 Locus;*
- *Rotulagem obrigatória: Deve constar dados de identificação, número de lote, data de fabricação e validade.*

[...]

Questionamento 2

[...] *Gostaríamos de solicitar esclarecimentos referentes às especificações técnicas do produto solicitado.*

Item 4 ou 5 – Microplaca óptica

1. Há divergências nos documentos do edital quanto ao número do item e quanto à solução a ser adquirida, que no edital consta como microplaca e no portal como leitora de microplaca. Poderiam esclarecer qual o número do item e se o mesmo se trata de microplacas ópticas ou de leitora de microplaca.[...]

Resposta 2

O item em questão é o Item 4 - *microplaca óptica para reação pcr em tempo real, livre de dnase e rnase, autoclavável, com 96 poços de 0,2ml. caixa com 10 placas.* conforme descrito no Termo de Referência.

Dessa forma, prevalece a descrição constante no edital, devendo esta ser

observada para a formulação das propostas, nos termos do item 2.1. do próprio instrumento convocatório:

“2.1. Havendo divergências entre as especificações deste anexo e as do sistema, prevalecerão as deste anexo.”

Fortaleza, 20 de Agosto de 2025

ANTONIA ROBERTA PEREIRA DE ARAUJO:09492503417

Assinado de forma digital por
ANTONIA ROBERTA PEREIRA DE
ARAUJO:09492503417
Dados: 2025.08.20 08:38:19 -03'00'

Antonia Roberta Pereira de Araujo

Membro da Comissão Central de Avaliação - CCA1

José Edson Bezerra

Coordenador da Comissão Central de Avaliação - CCA1