

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2554/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250519 PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2660/2025 DATA: 18/08/2025
--	--

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
03	690860	20.100	CONECTOR SISTEMA FECHADO PARA CATETER DE HEMODIÁLISE E AFÉRESE. POSSIBILITA UM SISTEMA FECHADO DO PONTO DE VISTA MECÂNICO E MICROBIOLÓGICO REDUZINDO A EXPOSIÇÃO E MANIPULAÇÃO DO CATETER, POSSUINDO PRIMING ZERO E PRESSÃO NEUTRA PERMITINDO FLUXOS SANGÜÍNEOS SUPERIOR A 600 ML/MIN. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DA ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Empresa: FORTECARE	
Marca: FORTECARE	Referência:
Fabricante:	Registro da Anvisa: 80463919024
Lote:	Validade:

CONCLUSÃO

☐ FAVORÁVEL	☒ DESFAVORÁVEL
Justificativa: As amostras não foram entregues em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia: 14.26. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período na forma do art. 49 do Decreto Estadual nº 35.067/2022, após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, ficando desde já convocado a apresentar a (s) amostra (s) no prazo de 05 (cinco) dias, no endereço, local e horários estabelecidos no subitem 6.4 do Anexo I – Termo de Referência. 6.4.1 A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 , Município: Fortaleza - CE, no setor: COPLA, telefone: (85) 3101.5197, nos horários de 08h às 12h e de 13h às 17h em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica. Portanto proposta desclassificada por descumprimento do subitem: 15.7.6. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital, quando exigida; Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.	

Elaborado por:
Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:
Patrice Mesquita Chaves Salmato
Enfermeira COREN 52659
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:
Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: PAULA MORGANA PEIXOTO LORENÇO em 18/08/2025, às 11:07 PATRICE MESQUITA CHAVES SALTATO em 18/08/2025, às 09:01 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 8596-CEF9-821C-F25E.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

PARECER TÉCNICO 2554/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20250519
PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 2660/2025
DATA: 18/08/2025

3 CONECTOR USO MÉDICO
Aguardando julgamento

Qtde solicitada: 20100
Valor estimado (unitário) R\$ 23.2833

Propostas

Os detalhes poderão ser visualizados por fornecedor. Clique para expandir e acesse dados como: proposta, anexo e chat.

32.713.483/0001-68
ME/EPP
Programa de Integridade
Desclassificada
Valor ofertado (unitário) R\$ 3.4901
Valor negociado (unitário) -

G L PRADO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CE

▼

11.407.854/0001-03
Desclassificada
Valor ofertado (unitário) R\$ 3.5000
Valor negociado (unitário) -

DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
BA

▼

08.474.646/0001-12
Valor ofertado (unitário) R\$ 5.9000
Valor negociado (unitário) -

FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
PR

▲

▲ Chat

proposta de preços, e caso entenda oportuno agilizar o certame, a habilitação, conforme os termos do edital.

 bom dia 11:01:15

 O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:30:56 de 06/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12. 13:30:56

LINK PARA CONFERÊNCIA:
<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/3?compra=94300105905192025>

Documento assinado eletronicamente por: PAULA MORGANA PEIXOTO LORENCO em 18/08/2025, às 11:07 PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 18/08/2025, às 09:01 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 8596-CEF9-821C-F25E.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2495/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/0519 PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 027008/2025 DATA: 18/08/2025
--	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO			
Item	Código	Quant.	Especificação
04	728180	17.600	CONECTOR ISOLADOR DE PRESSÃO PARA HEMODIÁLISE, MEDIDA 17MM (+/-1MM), EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, COM DUAS EXTREMIDADES SENDO UMA LUER LOCK FÊMEA E A OUTRA MACHO. ESTÉRIL. EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
Empresa: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
Marca: FORTECARE		Referência:	
Fabricante: FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA		Registro da Anvisa: 80463910032	
LOTE:		VAL.:	

CONCLUSÃO	
() FAVORÁVEL	(X) DESFAVORÁVEL
Justificativa: As amostras não foram entregues em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia: 14.26. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período na forma do art. 49 do Decreto Estadual nº 35.067/2022, após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, ficando desde já convocado a apresentar a (s) amostra (s) no prazo de 05 (cinco) dias, no endereço, local e horários estabelecidos no subitem 6.4 do Anexo I – Termo de Referência. 6.4.1 A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 , Município: Fortaleza - CE, no setor: COPLA, telefone: (85) 3101.5197, nos horários de 08h às 12h e de 13h às 17h em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica. Portanto proposta desclassificada por descumprimento do subitem: 15.7.6. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital, quando exigida; Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.	

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira COREN 52659
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:

Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: PAULA MORGANA PEIXOTO LORENÇO em 18/08/2025, às 10:45 PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 18/08/2025, às 09:01 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 42ED-44FF-C2A2-6272.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2495/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/0519 PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 027008/2025 DATA: 18/08/2025
--	---

4 CONECTOR USO MÉDICO
Aguardando julgamento

Qtde solicitada: 17600
Valor estimado (unitário) R\$ 11300

Propostas

Os detalhes poderão ser visualizados por fornecedor. Clique para expandir e acesse dados como: proposta, anexo e chat.

93.248.979/0001-00

Programa de Integridade

Desclassificada

Valor ofertado (unitário) R\$ 0.5300

Valor negociado (unitário) -

BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RS

08.474.646/0001-12

Valor ofertado (unitário) R\$ 0.5900

Valor negociado (unitário) -

FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
PR

Chat



Boa tarde, cliente

17:32:11

05/08/2025



O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:53
de 05/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTECARE
INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 08.474.646/0001-12.

11:37:53

LINK PARA CONFERÊNCIA:

<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/4?compra=94300105905192025>

Documento assinado eletronicamente por: PAULA MORGANA PEIXOTO LORENCO em 18/08/2025, às 10:45 PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO em 18/08/2025, às 09:01 e OUTROS; (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 42ED-44FF-C2A2-6272.



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 18/08/2025

Interessado: SESA/COPLA De: SESA/COPLA
Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL Para: SESA/COEXE
HOSPITALAR

- 1. Visto;
- 2. Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para formação de Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, a fim de atender às necessidades da Rede SESA;
- 3. A Central de Licitações, através dos Ofícios nº 2660/2025 e nº 027008/2025 enviou os autos para que esta Unidade proceda à análise e emissão de parecer conclusivo acerca da aceitabilidade das propostas comerciais e dos documentos técnicos da empresa elencada abaixo:

Empresa	Item	Parecer Técnico
FORTCARE	3	Nº 2554/2025 - DESFAVORÁVEL
FORTCARE	4	Nº 2495/2025 - DESFAVORÁVEL

- 4. Em atendimento às referidas solicitações, foram emitidos os Pareceres Técnicos nº 2554/2025 e 2495/2025 (em anexo), nos quais concluiu-se pela desclassificação da empresa.
- 5. Isto posto, encaminhem-se à COEXE/SESA para conhecimento e providências necessárias.

Elaborado por:
Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:
Paula Morgana Peixoto Lourenço
Enfermeira COREN 520189
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Elaborado por:
Patrice Mesquita Chaves Salmito
Enfermeira COREN 52659
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Ciente por:
Maria Gabrielly Sales Vitoriano Uchôa
Orientadora de Célula - SEAFI/COPLA



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 18/08/2025

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COPLA

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: SESA/COEXE

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **PAULA MORGANA PEIXOTO LORENCO**, em 18/08/2025, às 11:08 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **PATRICE MESQUITA CHAVES SALMITO**, em 18/08/2025, às 09:01 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA GABRIELLY SALES VITORIANO UCHOA**, em 18/08/2025, às 08:53 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL**, em 18/08/2025, às 08:18 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código 37CD-2DBC-77FF-45C2.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 18/08/2025**

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: SESA/COPLA

1-Ciente,

2-Trata-se do processo licitatório, cujo objeto é Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, visando atender às necessidades das Unidades Hospitalares da SESA;

3-Atendendo ao Ofício nº 554/2025 e 1158/2025 da Central de Licitações CELIC/PGE, encaminhamos em anexo, Parecer Técnico conclusivo dos itens 16, 18 e 19, atinentes ao Registro de Preços PE 2024/0818.

4-Dessa forma, considerando a anuência do Ordenador de Despesas, encaminhe-se à COPLA/SESA para continuidade da elaboração dos pareceres técnicos, referente ao restante dos itens.

Elaborado por:

Daniel Martins de Lucas

Aux. Adm. COEXE/SESA

Visto por:

Lia Leite Barros e Meneses

Orientadora COEXE/SESA

Ícaro Tavares Borges

Secretário Executivo Administrativo-Financeiro

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 18/08/2025**

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL
HOSPITALAR

Para: SESA/COPLA

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **LIA LEITE BARROS DE MENEZES**, em **18/08/2025, às 14:29** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **DANIEL MARTINS DE LUCAS**, em **18/08/2025, às 11:49** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **9B8D-DE73-8C20-33CB**.

**TERMO DE ENCAMINHAMENTO**

19/08/2025

Interessado: SESA/COPLA**De:** SESA/COPLA**Assunto:** AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR **Para:** SESA/COEXE

O presente processo foi encaminhado a esta unidade para análise e providências cabíveis.

Usuário: NELY MARIA FARIAS DOS SANTOS**Lotação:** Coordenadoria de Planejamento e Monitoramento de Compras - SESA/COPLA
Documento assinado eletronicamente em **19/08/2025** às **08:13** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 19/08/2025**

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: SESA/COPLA

1. Ciente,
2. Trata-se do processo licitatório, cujo objeto é Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, visando atender às necessidades das Unidades Hospitalares da SESA;
3. Atendendo ao Ofício nº 2660/2025 da Central de Licitações CELIC/PGE, encaminhamos em anexo, Parecer Técnico conclusivo do item 03, atinente ao Registro de Preços PE 2025/0519.
4. Dessa forma, considerando a anuência do Ordenador de Despesas, encaminhe-se à COPLA/SESA para continuidade da elaboração dos pareceres técnicos, referente ao restante dos itens.

Elaborado por:

Daniel Martins de Lucas

Aux. Adm. COEXE/SESA

Visto por:

Lia Leite Barros de Meneses

Orientadora COEXE/SESA

Ícaro Tavares Borges

Secretário Executivo Administrativo-Financeiro

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **ICARO TAVARES BORGES**, em **19/08/2025, às 11:18** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 19/08/2025

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL
HOSPITALAR

Para: SESA/COPLA

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **LIA LEITE BARROS DE MENEZES**, em **19/08/2025**, às **10:58** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **DANIEL MARTINS DE LUCAS**, em **19/08/2025**, às **09:53** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **0FF7-1CFE-02CD-FFB7**.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2553/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/0519 PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 002697/2025 DATA: 11/11/2025
--	---

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO DO ESPECIALISTA			
Item	Código	Quant.	Especificação
02	1188530	3.100	AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA – 17G, 25MM DE COMPRIMENTO (+/-1), USO NA PUNÇÃO DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA (FAV) NA HEMODIÁLISE, AGULHA COM ASA FIXA, BISEL TRIFACETADO, PAREDES ULTRAFINAS E SILICONIZADAS, BACK EYE (FURO PRÓXIMO AO BISEL), E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PERFURO CORTANTES. TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO COM 30CM (+/-1CM) DOTADA DE CLAMP CORTA FLUXO OU TRAVA DE SEGURANÇA. TAMPA DE PROTEÇÃO/CONECTOR LUER COM ROSCA DUPLA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.
Empresa: DISTRIBUIDORA MUNDIAL			
Marca: BIOMED		Referência:	
Fabricante:		Registro da Anvisa: 80517050005	
LOTE:		VAL.:	
CONCLUSÃO			
() FAVORÁVEL		(X) DESFAVORÁVEL	
Justificativa: As amostras não foram entregues em tempo hábil, conforme estabelecido na cláusula editalícia: 14.26. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado para no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogável por igual período na forma do art. 49 do Decreto Estadual nº 35.067/2022, após a negociação realizada, anexar a proposta adequada ao último lance por ele ofertado, ficando desde já convocado a apresentar a (s) amostra (s) no prazo de 05 (cinco) dias, no endereço, local e horários estabelecidos no subitem 6.4 do Anexo I – Termo de Referência. 6.4.1 A(s) amostra(s) deverá(ão) ser apresentada(s) no endereço Av. Almirante Barroso, nº 600, Praia de Iracema - CEP: 60.060-440 , Município: Fortaleza - CE, no setor: COPLA, telefone: (85) 3101.5197, nos horários de 08h às 12h e de 13h às 17h em dias úteis, para que seja realizada inspeção técnica. Portanto proposta desclassificada por descumprimento do subitem: 15.7.6. Não apresentar amostra ou apresentá-la em desacordo com o edital, quando exigida; Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.			

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL em 11/11/2025, às 13:31 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 9ED1-9E08-9E67-B3EC.



**GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ**
Secretaria da Saúde

PARECER TÉCNICO 2553/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/0519
PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 002697/2025
DATA: 11/11/2025

Aguardando julgamento

Valor suscitado

Valor estimado (unitário)

R\$ 3.4775

Propostas

Os detalhes poderão ser visualizados por fornecedor. Clique para expandir e acesse dados como: proposta, anexo e chat.

93.248.979/0001-00 Programa de Integridade Desclassificada	BIO MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT. RS	Valor ofertado (unitário) Valor negociado (unitário)	R\$ 1.1900 -	▼
11.407.854/0001-03 Desclassificada	DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA BA	Valor ofertado (unitário) Valor negociado (unitário)	R\$ 1.2000 -	▼
13.333.090/0001-84 Programa de Integridade Desclassificada	NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUT. SP	Valor ofertado (unitário) Valor negociado (unitário)	R\$ 1.3000 -	▼
67.630.541/0001-74 Programa de Integridade Desclassificada	MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA SP	Valor ofertado (unitário) Valor negociado (unitário)	R\$ 1.3500 -	▼
72.201.890/0001-00 ME/EPP Programa de Integridade	DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTO. CE	Valor ofertado (unitário) Valor negociado (unitário)	R\$ 1.7200 -	▲

Chat

Sr Fornecedor DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.201.890/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 14:49:00 do dia 12/08/2025. Justificativa: Sria) representante do ITEM, solicito ANALISAR SEU ÚLTIMO LANCE, REVER SEUS CUSTOS, MELHORAR SUA PROPOSTA E OFERTAR SEU MENOR PREÇO, e anexar no sistema, no prazo de 24 horas, a proposta de preços, e caso entenda oportuno agilizar o certame, a habilitação, conforme os termos do edital.

14/09/25

12/08/2025

O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:24 de 12/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DISTRIBUIDORA MUNDIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 72.201.890/0001-00.

10/38:24

LINK PARA CONFERÊNCIA:
<https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/compras/acompanhamento-compra/item/2?compra=94300105905192025>

Documento assinado eletronicamente por: RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL em 11/11/2025, às 13:31 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 9ED1-9E08-9E67-B3EC.

 SUITE



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 11/11/2025

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COPLA

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: SESA/COEXE

1. Visto;
2. Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para formação de Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, a fim de atender às necessidades da Rede SESA;
3. A Central de Licitações, através do Ofício nº 002697/2025, enviou os autos para que esta Unidade proceda à análise e emissão de parecer conclusivo acerca da aceitabilidade da proposta comercial e dos documentos técnicos da empresa elencada abaixo:

Empresa	Item	Parecer Técnico
DISTRIBUIDORA MUNDIAL	02	Nº 2553/2025 - DESFAVORÁVEL

4. Em atendimento à referida solicitação, foi emitido o Parecer Técnico nº 2553/2025 (em anexo), no qual concluiu-se pela desclassificação da empresa.
5. Isto posto, encaminhem-se à COEXE/SESA para conhecimento e providências necessárias.

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel

Enfermeira COREN 47929

Assistente Técnico - COPLA/SESA

Ciente por:

Maria Gabrielly Sales Vitoriano Uchôa

Orientadora de Célula - SEAFI/COPLA

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA GABRIELLY SALES VITORIANO UCHOA**, em 11/11/2025, às 13:49 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL**, em 11/11/2025, às 13:30 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 11/11/2025**

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COPLA

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL
HOSPITALAR

Para: SESA/COEXE



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>,
informando o código
2CFA-DD08-B87B-794A.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 11/11/2025**

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: SESA/COPLA

1-Ciente,

2-Trata-se do processo licitatório, cujo objeto é Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, visando atender às necessidades das Unidades Hospitalares da SESA;

3-Atendendo ao Ofício nº2697/2025 da Central de Licitações CELIC/PGE, encaminhamos em anexo, Parecer Técnico conclusivo do item 02, atinente ao Registro de Preços PE 2025/0519.

4-Dessa forma, considerando a anuência do Ordenador de Despesas, encaminhe-se à COPLA/SESA para continuidade da elaboração dos pareceres técnicos, referente ao restante dos itens.

Elaborado por:

Daniel Martins de Lucas

Aux. Adm. COEXE/SESA

Visto por:

Gabriela Castelo da Silva

Coordenadora COEXE/SESA

Ícaro Tavares Borges

Secretário Executivo Administrativo-Financeiro



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 11/11/2025

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: SESA/COPLA

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **ICARO TAVARES BORGES**, em **11/11/2025, às 14:48** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **GABRIELA CASTELO DA SILVA**, em **11/11/2025, às 14:25** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **DANIEL MARTINS DE LUCAS**, em **11/11/2025, às 14:15** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **52B2-E93C-BCD4-7DDC**.



PARECER TÉCNICO 2494/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/0519
PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72
OFÍCIO PGE/CELIC Nº 027008/2025

ANÁLISE DE PARECER TÉCNICO

Item	Código	Quant.	Especificação
01	1188520	30.100	AGULHA PARA PUNÇÃO ARTERIAL E VENOSA – 16G, 25MM DE COMPRIMENTO (+/-1), USO NA PUNÇÃO DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA (FAV) NA HEMODIÁLISE, AGULHA COM ASA FIXA, BISEL TRIFACETADO, PAREDES ULTRAFINAS E SILICONIZADAS, BACK EYE (FURO PRÓXIMO AO BISEL), E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA PARA PERFURO CORTANTES. TUBULAÇÃO DE PVC FLEXÍVEL E MACIO COM 30CM (+/-1CM) DOTADA DE CLAMP CORTA FLUXO OU TRAVA DE SEGURANÇA. TAMPA DE PROTEÇÃO/CONECTOR LUER COM ROSCA DUPLA. ESTÉRIL, EMBALAGEM ÍNTEGRA QUE ACONDICIONE E GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO, INVOLÁVEL, QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Empresa: Biomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

Marca: DORA

Referência: BAIN A V F 001S

Fabricante: BAIN MEDICAL EQUIPMENT

Registro da Anvisa: 81504799010

Lote: 2402102266

Val.: 27/11/207

OUTRAS INFORMAÇÕES

A JUSTIFICATIVA DEVERÁ SER EMBASADA CONFORME DESCRITIVO DO ITEM, TENDO EM VISTA QUE O MESMO É SOBERANO. EM CASO DE ANÁLISE PELA AMOSTRA, ATENTAR-SE NO REGISTRO ANVISA SE É O MESMO DA PROPOSTA.

CONCLUSÃO

☒ FAVORÁVEL

☐ DESFAVORÁVEL

PROFISSIONAL(AIS) RESPONSÁVEL(EIS) PELA(S) INFORMAÇÃO(ÕES)

Profissional avaliador

Assinatura e carimbo

ANA LUCIA RODRIGUES CORREIA

Ana Lucia Rodrigues Correia
Enf. Neftologista
COREN/CE 47869

Data: 13/01/26



DECLARAÇÃO

DECLARAMOS, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual está ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal nº 12.813/2013.

Fortaleza/ CE, 13 de JANEIRO de 2026.

Ana Lucía Rodrigues Correia
Ana Lucia Rodrigues Correia
Enf. Neurologista
COREN / CE 47869



HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA / HGF-SESA

1. INFORMAÇÕES DA REUNIÃO

Nº ATA	DATA	HORÁRIO DE INÍCIO	HORÁRIO DE TÉRMINO	LOCAL
12	13 DE JANEIRO DE 2026	09h	10:30	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF

2. PACTA DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Análise da amostra referente ao PE Nº 2025/0519 – ITEM 01 EMPRESA Biomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

3. RELATO DA REUNIÃO

DESCRIÇÃO
Informamos que no 13/01/2026 às 09H no Hospital Geral de Fortaleza do HGF, foi realizado a avaliação do item oriundo do PE Nº 2025/0519, licitante Biomed Produtos Médicos e Hospitalares Ltda Uma vez realizada a análise da amostra nos moldes da cláusula 14.133/2021 do edital, foi emitido parecer técnico para o item o qual é parte integrante desta ata, como anexo. Deu-se por encerrada a avaliação às 10:30min e, para constar, eu, Tatiana de Sousa Dias da Rocha, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por mim e pelos participantes.

4. PARTICIPANTES

EQUIPE TÉCNICA	SETOR	ASSINATURA
DNA LÚCIA RODRIGUES BONFIM	NEFROLOGIA	<i>Lucia Rodrigues Bonfim</i>
Tatiana de Sousa Dias da Rocha	Receita Técnica	<i>Tatiana</i>



HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/HGF-SESA

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA / HGF-SESA

NOME DO REPRESENTANTE/INTERESSADO	EMPRESA	ASSINATURA

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 2494/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/0519 PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 027008/2025 DATA: 20/01/2026
---	---

1. Visto;
2. Conforme o **parecer favorável do especialista do Hospital Geral de Fortaleza - HGF**, para o item 01 PE 2025 0519, Marca DORA , Fabricante BAIN MEDICAL EQUIPMENT, Empresa BIOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, ANVISA: 81504799010.
3. Considerando que o produto ofertado **está de acordo** com as especificações do termo de referência do edital, bem como as documentações referente à qualificação técnica, conforme check list em anexo. Declaramos, para os devidos fins, que a elaboração deste parecer se deu em contexto no qual ausente conflito de interesse, nos termos da Lei Federal no 12.813/2013.
4. Encaminhe-se à COEXE, para conhecimento e providências.

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL em 20/01/2026, às 15:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 09AD-9BD5-B2D8-CBB1.

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ Secretaria da Saúde	PARECER TÉCNICO 2494/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/0519 PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 027008/2025 DATA: 20/01/2026
---	---

Check list Análise de parecer técnico - Lei 14.133/2021				
A licitante deverá anexar no sistema junto à proposta de preços:				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Nome comercial e técnico do produto;	
X			Documento ANVISA pertinente;	
X			Referência e marca do produto;	
X			Registro do produto;	
		X	Declaração de Isenção do Registro;	
		X	Cadastro do produto;	
		X	Notificação simplificada;	
		X	Cópia legível da publicação no Diário Oficial da União do mesmo;	
		X	Documento pertinente à ANVISA vencido ? Anexar cópia do protocolo de revalidação emitido à ANVISA, dentro do prazo previsto de 6 (seis) meses de antecedência ao vencimento;	
		X	Produto não sujeito ao Regime da Vigilância Sanitária? Apresentada Declaração formal da sua não sujeição ao Regime da Vigilância Sanitária, sob as penas cabíveis;	
		X	Diligência realizada a empresa ?	
X			Manual, catálogos figurativos ou folders do fabricante, impressos ou eletrônicos em língua portuguesa, contendo informações técnicas e instruções de uso completas dos materiais ofertados.	

LEGENDA:
C - CONFORME **N.C-NÃO CONFORME** **N.A - NÃO SE APLICA**

 GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ <i>Secretaria da Saúde</i>	PARECER TÉCNICO 2494/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2025/0519 PROCESSO Nº 24001.090146/2024-72 OFÍCIO PGE/CELIC Nº 027008/2025 DATA: 20/01/2026
--	---

Qualificação Técnica				
C	N.C	N.A	DOCUMENTAÇÃO	OBSERVAÇÃO
X			Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica em nome da matriz ou da filial do licitante, fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado com somatório equivalente a, no mínimo, 8% do quantitativo total por item.	
X			Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE para a(s) atividade(s) que desempenha dentro da cadeia de suprimentos para saúde	
		X	Produto importado? Acrescentado AFE de importação devendo ter sido expedida pela ANVISA nos termos do art. 50 a 52 da Lei Federal No 6.360/1976 e em conformidade com a RDC nº 16 de 1º de Abril de 2014/ANVISA - Seção III Abrangência	
X			Licença de funcionamento, emitida pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede da licitante, de acordo com art. 51 da Lei Federal No 6.360/1976.	
LEGENDA: C - CONFORME N.C-NÃO CONFORME N.A - NÃO SE APLICA				

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel
Enfermeira COREN 47929
Assistente Técnico - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL em 20/01/2026, às 15:03 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 09AD-9BD5-B2D8-CBB1.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 20/01/2026**

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COPLA

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: SESA/COEXE

1. Visto;
2. Trata-se de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, para formação de Ata de Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Material Médico Hospitalar, a fim de atender às necessidades da Rede SESA;
3. A Central de Licitações, através do Ofício nº 027008/2025 enviou os autos para que esta Unidade proceda à análise e emissão de parecer conclusivo acerca da aceitabilidade da proposta comercial e dos documentos técnicos da empresa elencada abaixo:

Empresa	Item	Parecer Técnico / Situação
BIOMED	01	Nº 2494/2025 - Favorável

4. Em atendimento à referida solicitação, foi emitido o Parecer Técnico nº 2494/2025 (em anexo);
5. Isto posto, encaminhem-se à COEXE/SESA para conhecimento e providências necessárias.

Elaborado por:

Raimunda Antonila Campos Mota Pimentel

Enfermeira COREN 47929

Assistente Técnico - COPLA/SESA

Ciente por:

Maria Gabrielly Sales Vitoriano Uchôa

Orientadora de Célula - SEAFI/COPLA

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **MARIA GABRIELLY SALES VITORIANO UCHOA**, em 20/01/2026, às 15:27 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 20/01/2026**

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COPLA

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL
HOSPITALAR

Para: SESA/COEXE

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAIMUNDA ANTONILA CAMPOS MOTA PIMENTEL**, em **20/01/2026**, às **15:02** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **DDBE-E95E-D371-EBA2**.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 21/01/2026**

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL HOSPITALAR

Para: PGE/CELIC

1. Ciente.
2. Trata-se de solicitação para realização de procedimento licitatório, cujo objeto é aquisição de Material Médico Hospitalar mediante Registro de Preços.
3. Atendendo a solicitação da CELIC - Central de Licitações formulada por meio do ofício nº 2697/2025, encaminhamos em anexo, Parecer Técnico conclusivo atinente ao PE 2025/0519.
4. Dessa forma, considerando a anuência do Ordenador de Despesas, encaminhe-se à PGE/CELIC para conhecimento, análise e prosseguimento do certame.

Elaborado por:

Daniel Martins de Lucas

Aux. Adm. COEXE/SESA

Visto por:

Gabriela Castelo da Silva

Coordenadora COEXE/SESA

Ícaro Tavares Borges

Secretário Executivo Administrativo-Financeiro



FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Data: 21/01/2026

Interessado: SESA/COPLA

De: SESA/COEXE

Assunto: AQUISIÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL
HOSPITALAR

Para: PGE/CELIC

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **ICARO TAVARES BORGES**, em **21/01/2026, às 11:12** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **GABRIELA CASTELO DA SILVA**, em **21/01/2026, às 10:50** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **DANIEL MARTINS DE LUCAS**, em **21/01/2026, às 08:07** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **047F-F360-9B1B-3A0F**.