

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Endoprótese luminal

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Formato: Duplo J (Pigtail), Material Estrutura: Poliuretano, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 10 A 20CM, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 330 **Quantidade Mínima Cotada:** 330

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 300,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 660

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (330)

**Grupo:** G1

2 - Fio guia

**Descrição Detalhada:** Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 145CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 294,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (220)

**Grupo:** G1

3 - Endoprótese luminal

**Descrição Detalhada:** Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Formato: Duplo J (Pigtail), Material Estrutura: Poliuretano, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 20 A 30 Cm, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 570 **Quantidade Mínima Cotada:** 570

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 300,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1140

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Fortaleza/CE (570)

**Grupo:** G2

4 - Fio guia			
<b>Descrição Detalhada:</b> Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,021", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Não			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b> Não			
<b>Quantidade Total:</b>	460	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	460
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	294,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	920
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Fortaleza/CE (460)		
<b>Grupo:</b> G2			

5 - Endoprótese luminal			
<b>Descrição Detalhada:</b> Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Ureteral, Formato: Duplo J (Pigtail), Material Estrutura: Poliuretano, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Não			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b> Não			
<b>Quantidade Total:</b>	250	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	250
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	300,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	500
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Fortaleza/CE (250)		
<b>Grupo:</b> G3			

6 - Fio guia			
<b>Descrição Detalhada:</b> Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,021", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável			
<b>Tratamento Diferenciado:</b> Não			
<b>Aplicabilidade Decreto 7174/2010:</b> Não			
<b>Quantidade Total:</b>	250	<b>Quantidade Mínima Cotada:</b>	250
<b>Critério de Julgamento:</b>	Menor Preço	<b>Critério de Valor:</b>	Valor Estimado
<b>Valor Unitário (R\$):</b>	294,00		
<b>Unidade de Fornecimento:</b>	Unidade	<b>Quantidade Máxima para Adesões:</b>	500
<b>Intervalo Mínimo entre Lances (%):</b>	0,01		
<b>Local de Entrega (Quantidade):</b>	Fortaleza/CE (250)		
<b>Grupo:</b> G3			

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Endoprótese luminal	330	Unidade
2	Fio guia	220	Unidade
Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Endoprótese luminal	570	Unidade
4	Fio guia	460	Unidade
Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
5	Endoprótese luminal	250	Unidade
6	Fio guia	250	Unidade