

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90470/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Ancoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 155 **Quantidade Mínima Cotada:** 155

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 730,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 310

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (155)

2 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Não Recoberta, Material Estrutura: Platina, Revestimento: Revestido Em Nitinol, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8fr, Pré-Carregado, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 4CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 86 **Quantidade Mínima Cotada:** 86

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.171,89

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 172

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (86)

3 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Aplicação: Endoscópica, Modelo: Autoexpansível, Estrutura: Metálica Não Recoberta, Material Estrutura: Platina, Revestimento: Revestido Em Nitinol, Sistema De Implante: Montado Em Introdutor De 8fr, Pré-Carregado, Diâmetro: 10MM, Comprimento: 4CM, Componente Ii: Marcas Radiopacas Em Platina E Iridium, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 136 **Quantidade Mínima Cotada:** 136

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.460,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 272

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (136)

4 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 2,5 X 5CM, Comprimento: 180CM, Adicionais: Montado Em Cateter Triplo Lúmen, Compatível: Acoplável A Manopla De Litotritor, Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.122,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

5 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 3 X 6CM, Comprimento: 180CM, Adicionais: Montado Em Cateter Triplo Lúmen, Compatível: Acoplável A Manopla De Litotritor, Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.118,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)

6 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 3 X 6CM, Comprimento: 180CM, Adicionais: Montado Em Cateter Triplo Lúmen, Compatível: Acoplável A Manopla De Litotritor, Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.234,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (50)