

 CEARÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE	RESPOSTA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NUP 24001.010314/2026-16 DATA: 09/06/2026 ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMP SAID MED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES - PE 90576/2026
--	---

1. Tratam os autos de solicitação de Processo Licitatório mediante Registro de Preços visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, para atendimento das Unidades da Rede SESA.

2. Considerando que, nas fl. 262, constam questionamentos da **Emp. Said Med Comércio e Serviços Hospitalares**, esclarecemos, conforme abaixo:

3. Descrição do edital item 1:

Código 21055784 - INDICADOR QUÍMICO TIPO 2 – TESTE TIPO BOWIE & DICK 4 kg. ESPECÍFICO PARA AVALIAR A EFICÁCIA DA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES PRÉ- VÁCUO, EM PACOTE TESTE DESCARTÁVEL CONSTRUÍDO CONFORME ABNT NBR 11 140-5:2018, CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS TESTE CONTENDO INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR (TINTA REATIVA LIVRE DE CHUMBO E METAIS PESADOS TÓXICOS) DISTRIBUÍDO DE FORMA PADRONIZADA NA FOLHA TESTE E ALERTA DISPOSTAS ENTRE CAMADAS LAMINADAS DE MATERIAL POROSO (DENSIDADE) QUE APÓS O CICLO TESTE APRESENTE RESPOSTA POR MUDANÇA DE COR COM CLARA INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO (CONFORME OU NÃO CONFORME) E PERMITA ARQUIVAMENTO COM PRESERVAÇÃO DO RESULTADO INICIAL POR UM PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS (CONFORME REGULAMENTO SANITÁRIO PERTINENTE E VIGENTE). ACONDICIONADO EM FORMA DE PACOTE PRONTO USO EM EMBALAGEM COLETIVA CONFORME O FABRICANTE, DE FORMA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO.COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

3.1. Questionamento acerca dos critérios de aceitação de amostras:

*No edital, foi especificado o teste Bowie & Dick com peso de 4 kg. Entretanto, dispomos de produto com peso de 7 kg, mantendo as demais características e finalidades de utilização. Dessa forma, solicitamos informar se **será aceita a oferta do teste Bowie & Dick de 7 kg em substituição ao item especificado de 4 kg.***

Respostas:

- Conforme consulta à distância junto a área técnica da CME HGF, poderão ser aceitos indicadores 7kg.

3.2. Considerando a resposta da área técnica CME esta equipe de parecer técnico MMH / SESA decide por modificar a descrição para:

Código 21055784 - INDICADOR QUÍMICO TIPO 2 – TESTE TIPO BOWIE & DICK **4 KG E/OU 7KG** ESPECÍFICO PARA AVALIAR A EFICÁCIA DA REMOÇÃO DO AR EM AUTOCLAVES PRÉ-VÁCUO, EM PACOTE TESTE DESCARTÁVEL CONSTRUÍDO CONFORME ABNT NBR 11 140-5:2018, CONSTITUÍDO POR DUAS FOLHAS TESTE CONTENDO INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL AO VAPOR (TINTA REATIVA LIVRE DE CHUMBO E METAIS PESADOS TÓXICOS) DISTRIBUÍDO DE FORMA PADRONIZADA NA FOLHA TESTE E ALERTA DISPOSTAS ENTRE CAMADAS LAMINADAS DE MATERIAL POROSO (DENSIDADE) QUE APÓS O CICLO TESTE APRESENTE RESPOSTA POR MUDANÇA DE COR COM CLARA INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO (CONFORME OU NÃO CONFORME) E PERMITA ARQUIVAMENTO COM PRESERVAÇÃO DO RESULTADO INICIAL POR UM PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS

 CEARÁ GOVERNO DO ESTADO SECRETARIA DA SAÚDE	RESPOSTA - PEDIDO DE ESCLARECIMENTO NUP 24001.010314/2026-16 DATA: 09/06/2026 ASSUNTO: RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMP SAID MED COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES - PE 90576/2026
--	---

(CONFORME REGULAMENTO SANITÁRIO PERTINENTE E VIGENTE). ACONDICIONADO EM FORMA DE PACOTE PRONTO USO EM EMBALAGEM COLETIVA CONFORME O FABRICANTE, DE FORMA QUE GARANTA AS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE DO PRODUTO.COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC Nº 751, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022/ANVISA OU A QUE VIER A SUBSTITUIR. O PRODUTO DEVE ATENDER A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A ANVISA.

Elaborado por:

(assinado eletronicamente)

Maria Girlene de Freitas Albuquerque - COREN/CE 47.908

Assistente Técnico / Enfermeira - COPLA/SESA

(assinado eletronicamente)

Maria Juliana da Silva Guia Rodrigues - COREN/CE 569.806

Assistente Técnico / Enfermeira - COPLA/SESA

(assinado eletronicamente)

Lívia Farias Leitão - COREN/CE 128.311

Assistente Técnico / Enfermeira - COPLA/SESA

Documento assinado eletronicamente por: MARIA JULIANA DA SILVA GUIA RODRIGUES em 10/06/2026, às 10:09 LÍVIA FARIAS LEITAO em 10/06/2026, às 10:08 e OUTROS; (horário de 09h00 a 18h00) do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código B1A3-BBF0-DBFD-6DCE.