

HOSPITAL DR CARLOS ALBERTO STUDART GOMES - MESSEJANA - 07.954.571/0022-39
EDITAL Nº 20260669 - VIPROC Nº 24001071316202509

LISTA DE ITENS – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Item	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade
1	1411206 - DISPOSITIVO, OCLUSAO EM REDE DE NITINOL AUTO EXPANSIVEL REPOSICIONAVEL, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 4 A 16MM, COMPATIVEL COM BAINHA DE 5F A 8F, CABO DE ENTREGA COM FIO INOX REVESTIDO COM PTFE DE 135CM DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM CATETERES DIAGNOSTICOS DE 0,038, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	40,00
2	1411226 - DISPOSITIVO, OCLUSAO EM REDE DE NITINOL AUTO EXPANSIVEL, REPOSICIONAVEL, FLEXIVEL, DIAMETRO 3 - 22MM, COMPATIVEL COM BAINHA DE 5F A 9F, APRESENTANDO CABO DE ENTREGA COM FIO INOX REVESTIDO COM PTFE DE 135CM DE COMPRIMENTO. COMPATIVEL COM CATETERES DIAGNOSTICOS DE 0,038, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	40,00
3	1411236 - DISPOSITIVO, OCLUSAO EM REDE DE NITINOL AUTO EXPANSIVEL, REPOSICIONAVEL, FLEXIVEL, DIAMETRO DE 4 A 8MM, COMPATIVEL COM BAINHA DE 4F A 5F, CABO DE ENTREGA COM FIO INOX REVESTIDO COM PTFE DE 135CM DE COMPRIMENTO, COMPATIVEL COM CATETERES DIAGNOSTICOS DE 0,038, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	EMBALAGEM 1.0 UNIDADE	40,00