

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90095/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR (CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO COM NEBULIZADOR):

- a) Entrada de energia 110/220 volts.
- b) Capacidade de atender ao fluxo de até 10 litros de oxigênio por minuto.
- c) Sistema indicador de pureza de O2. A pureza do oxigênio gerado deve ser maior ou igual a 90%.
- d) Sistema de alarme sonoro ativado por defeitos e/ou intercorrências, como queda de pressão, falta de energia elétrica, concentração de oxigênio fora dos parâmetros normais de operação.
- e) Sistema para nebulização e macronebulização incorporado ou externo.
- f) Consumo de energia elétrica menor que 300 watts (modelos com fluxo até 5L/min) e 650 watts (modelos com fluxo até 10L/min) e ruído menor que 50 decibéis.
- g) Sistema de desligamento automático para sobrecarga de temperatura ou tensão.
- h) Indicador visual de porcentagem de pureza, alarmes visual e sonoro.
- i) Registro das manutenções efetuadas no equipamento com as informações da próxima calibração, troca de filtro e manutenção preventiva.
- j) Acessórios para concentrador de oxigênio (fornecimento ajustado à demanda específica de cada paciente): copo umidificador para oxigenoterapia, cateteres nasais (neonatal)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (360)

Grupo: G1

2 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cilindros de oxigênio com capacidade de 0,6 a 1 m3, devendo ser fabricados em alumínio ou aço-carbono (02 por concentrador).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (720)

Grupo: G1

3 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cilindros de oxigênio com capacidade de 5 a 7 m3, devendo ser fabricados em alumínio ou aço-carbono (02 por concentrador).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (720)

Grupo: G1

4 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Concentrador de oxigênio portátil, peso máximo 5kg. Modo de funcionamento pulsado. Modo pulso: Até 1000 ml/min. Concentração de oxigênio até 96%. Bateria mínimo de até 4 horas. Alarmes e indicadores: Sem respiração, concentração de oxigênio baixa, frequência respiratória elevada, falha técnica, bateria fraca, nenhum fluxo, bateria gasta, falha de alimentação externa. Corrente contínua: Entrada 12 - 16 VCC Consumo de energia: média de 120 W durante a recarga. Voltagem 220V ou Bivolt. Cabo de alimentação CC ou CA. Bolsa de acessório.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (120)

Grupo: G2

5 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cilindros de oxigênio com capacidade de 0,6 a 1 m3, devendo ser fabricados em alumínio ou aço-carbono (02 por concentrador).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (240)

Grupo: G2

6 - Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico

Descrição Detalhada: Cilindros de oxigênio com capacidade de 5 a 7 m3, devendo ser fabricados em alumínio ou aço-carbono (02 por concentrador).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Fortaleza/CE (240)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	360	UNIDADE
2	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	720	UNIDADE
3	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	720	UNIDADE

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	120	UNIDADE
5	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	240	UNIDADE
6	Locação Equipamento / Instrumento / Peça / Componente - Médico / Odontológico / Oftalmológico	240	UNIDADE