

PARECER TÉCNICO PARA REAGENTES E SERINGA PARA GASOMETRIA
Nº 187/2024

Setor: NULAB

Data: 18/07/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>MARCA/EMPRESA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
- REAGENTES PARA GASOMETRIA E SERINGA PARA GASOMETRIA	- RADIOMETER E BECTON DICKINSON / SETMED	- 01 CAIXA DE CADA

GRUPO: 02

P.E.: 90139/2024 | P. Nº: P004699/2024

ESPECIFICAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	ANVISA
02	REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE GASOMETRIA com eletrólitos, metabolitos e co-oximetria. Marca: Radiometer Medical ApS. Modelo: ABL90 FLEX.	10301160203
04	Seringa para gasometria arterial em polipropileno de alta densidade, transparente graduada em 1,0 a 3 ml, siliconizada, com bico luerlock balanceada para eletrólitos com tampa de vedação e mecanismo que simplifica a remoção de bolhas e ar. Embalados em embalagens individuais, dados de identificação, no lote e prazo de validade, registro no MS ou Órgão competente, esterilizadas em oxido de etileno ou raios gama. Caixa com 100 unidades. Marca: Becton Dickinson. Modelo: BD Vacutainer A-Line.	10033430488

1. Os produtos apresentados estão de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação dos materiais?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à qualidade dos materiais?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto à capacidade de reação?

(☒) Viragem nítida da cor () Viragem imperceptível

5. Quanto à adaptação da seringa?

(☒) Boa () Ruim

6. Resultado do teste?

(☒) Aprovado () Reprovado

p/p Oselita Bette Maciel
CRF 1852

Maria Júlia da Silva Landim
Chefe do Núcleo de Laboratório - IJF

CRF: 1963

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 19 / 07 2024

p/p

Oselito Dutra Maciel

Ass./Carimbo do Responsável

Maria Júlia da Silva Landim

Chefe do Núcleo de Laboratório - IJF

CRF: 1963

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 18 / 07 / 2024 Hora: ____ : ____ h