

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Processo: P002273/2024	De: COREPH
Interessado: SMS	Para: CELIC
Assunto: ESCLARECIMENTO EMPRESA: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA. IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA: CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO	Data do Despacho: 07/08/2024

1-Em análise ao pedido de ESCLARECIMENTO da empresa: : **KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.**

PEDIDO: Propomos que os parâmetros técnicos sejam revisados para permitir uma gama mais ampla de participações, idealmente abrir esse parâmetro com resolução mínima de 5 a 12 pixels/mm.

RESPOSTA : Será considerado a especificação de equipamento que atenda a Digitalização de imagens com possibilidade de resolução de pelo menos 5 pixels/mm em modo padrão, e pelo menos 12pixels/mm em alta.

2-Em análise ao pedido de IMPUNACAO da empresa: **CGRX INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO**

PEDIDO: Substituição do equipamento CR por DR para mamografia.

RESPOSTA: INDEFERIMOS

Estamos optando pelo uso de um sistema de Radiografia Computadorizada (CR) em vez de um sistema de Radiografia Digital Direta (DR) devido às seguintes razões:

1. Compartilhamento de Equipamentos: No hospital, além do mamógrafo, existem outros equipamentos de raio X que utilizam cassetes digitais. Com o CR, é possível usar o mesmo leitor de cassetes para diferentes tipos de exames, otimizando o uso do equipamento.
2. Redução de Custos com Locação: A locação de um sistema DR exigiria a contratação de várias placas DR para cada equipamento de raio X, aumentando significativamente os custos. Com a locação de um sistema CR, você precisa apenas de um leitor de cassetes, que pode ser compartilhado entre diferentes equipamentos, reduzindo os custos totais de locação.

3. Economia em Longo Prazo: Apesar de o DR oferecer maior eficiência e qualidade de imagem, o custo elevado das placas DR e a necessidade de locar várias unidades tornam o CR uma opção mais econômica, especialmente se a demanda por exames não justifica o investimento mais alto.
4. Flexibilidade e Adaptabilidade: O sistema CR permite maior flexibilidade, pois os cassetes podem ser usados em diferentes equipamentos e locais dentro do hospital. Isso pode ser especialmente útil em situações onde a mobilidade e a adaptabilidade são necessárias.
5. Gestão Eficiente dos Recursos: Com a locação de um único sistema CR, é possível utilizar todos os equipamentos de raio X de maneira integrada e econômica, sem a necessidade de dimensionar e gerenciar várias placas DR. Isso simplifica a administração dos recursos e facilita a manutenção dos equipamentos.

(Assinado por certificação digital)

Luziete Furtado da Cruz

Secretaria Municipal da Saúde – SMS

COREPH – Coordenadoria de Redes Pré-hospitalar e Hospitalar
Coordenadora



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número LELFFKS6

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3583026 e código LELFFKS6

ASSINADO POR: