

PARECER TÉCNICO PARA FILTRO DIASAFE PLUS

Nº 209/2024

Setor: HEMODIÁLISE

Data: 30/07/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>MARCA/EMPRESA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
- FILTRO DIASAFE PLUS	- FRESENIUS / S&S REPARO DE MÁQUINAS E EQUIP ELETRO-ELETRÔNICOS	- 1 UNIDADE

ITEM: 02

P.E.: 90178/2024 | P. Nº: 125082/2024

ESPECIFICAÇÃO

FILTRO DIASAFE PLUS - para máquina de hemodiálise compatível com a marca FRESENIUS.
ANVISA Nº 10322390002

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à integridade?

(☒) Uniforme () Com falha

4. Quanto à abertura?

(☒) Facilidade, "Boa Pega" () "Pega" insuficiente ou inadequada

5. Quanto à adaptação na máquina?

(☒) Boa () Ruim

6. Quanto à remoção de moléculas?

(☒) Eficiente () Ruim

7. Resultado do teste?

(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 30 / 07 / 24

Dulce M. Alves Batista
COREN-CE: 39014-ENF

Ass./Carimbo do Responsável

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: ____ / ____ / ____ Hora: ____ : ____ h