

ANÁLISE QUANTO À ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. P018980/2024

INTERESSADO: CMOS DRAKE S/A

ASSUNTO: PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 9933 - **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 90201/2024-SMS**

1. RELATÓRIO

Fora encaminhado para análise desta Coordenadoria de Gestão de Compras e Licitações a Impugnação ao Edital nº 9933, Pregão Eletrônico nº 90201/2024, interposta pela empresa CMOS DRAKE S/A o pedido fora recebido pela Central de Licitações de Fortaleza – por meio do Sistema de Protocolo Único.

O objeto do certame é A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS II, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA– SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

A empresa impugnante insurge-se contra o instrumento convocatório, alegando que AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO PRECISO E SUFICIENTE DO ITEM 25, sugerindo o seguinte descritivo:

DESCRIPTIVO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) Equipamento projetado para atendimento em emergências cardíacas e aplicação com uso de pás adesivas, tipo de onda Bifásico, com indicação ilustrativa nas próprias pás, para o correto posicionamento das pás adesivas. Estar em conformidade com a AHA - Guidelines 2010 ou 2015. Auxílio ao socorrista: Indicação sonora para o ritmo da massagem cardíaca (metrônomo). O equipamento emitirá um BIP orientando o socorrista a velocidade adequada da massagem cardíaca a ser aplicada no tórax do paciente. Dispositivo de Feedback de RCP. Bateria: De LI-PO ou Li/MnO recarregável de longa duração - Capacidade mínima para 140 choques ou 04 horas de monitoramento e 5 anos em stand-by, sem necessidade de troca durante este período. Substituição de bateria, sem a necessidade de uso de ferramentas. Conectores: Conector das pás de choque (eletrodos) na parte frontal do equipamento. Displayde cristal líquido, apresentando a curva do ECG no display do equipamento. Grau de proteção igual ou superior ao IP 56 – Proteção contra entrada de sólidos e líquidos. Peso: Inferior a 3,0 kg. Memória interna com capacidade de armazenamento de igual ou superior 2 gigabytes. Tempo de carga: Menor que 5 segundos para 150 joules."

A impugnante informa ainda ausência de informações quanto ao recebimento provisório e definitivo dos fiscais e gestores de contrato, requesta que seja informado formalmente o nome e a matrícula do fiscal e gestores de contrato; Por fim, pugna para que o treinamento operacional seja virtual e não *in loco*.

Dessa forma, após suas fundamentações, a impugnante solicita a alteração do edital.

2. DO MÉRITO

Após diligência da Coordenadoria de Gestão de Compras e Licitações – COGEC, junto a área técnica, esta procedeu com a análise meritória dos pedidos formulados pela empresa impugnante. Aos fólios 1.446, a Coordenadoria de Redes Pré-hospitalar e Hospitalar – COREPH.

Nesta oportunidade, a área técnica informou que o descritivo do item supracitado (25), será objeto de INFORMATIVO contemplando nova descrição das especificação técnica, passando a dispor do seguinte descritivo:

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (D.E.A) COM TELA DE ECG, COM ELETRODOS; COM BATERIA NO MÍNIMO 200 CHOQUES. *Descrição complementar: Desfibrilador Externo Automático-DEA com forma de onda bifásica. Sistema Unidade automático de avaliação do ECG que identifica a necessidade do choque. Com identificação automática do paciente (Adulto ou Pediátrico/Infantil) de acordo com o tipo de eletrodo/pá adesiva conectada ao equipamento, limitando automaticamente a carga para pacientes pediátricos/ infantis sem a necessidade de intervenção do usuário. (ANÁLISE AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA TORÁCICA DO PACIENTE POSSUINDO ENERGIA COM DOSE DE CHOQUE INICIAL MÍNIMA DE 120 150 J PARA ADULTOS E NO MÍNIMO DE 200) para as descargas seguintes; se paciente pediátrico/infantil, carga limitada em 50 J. Permitir a utilização de cabo de ECG 'comum' para a realização da monitorização do paciente evitando o consumo desnecessário dos eletrodos de choque para os casos de menor gravidade, sinalizando ao usuário a necessidade da terapia de choque, através de inteligência artificial, software ou algoritmo de segurança. O equipamento deverá ser capaz de fornecer descargas de até 360 J a fim de atender um escopo maior de pacientes, inclusive obesos. Fornecer ao usuário o feedback em tempo real da manobra de ressuscitação o cardiopulmonar (manobra RCP) com informações claras das compressões e profundidade aplicadas através de indicações visuais e sonoras, garantindo maior eficácia da manobra. O equipamento deverá permitir ao usuário, de acordo com seu julgamento, fazer a seleção da carga a ser utilizada durante o atendimento (operação manual). O tempo de carga para 200 J deve ser menor que 8 segundos. Possuir botão de choque luminoso, display em cristal líquido incorporado no próprio gabinete, com no mínimo 4" para exibição de instruções em português, traçado de ECG, número de choques, tempo de funcionamento, carga restante de bateria e demais informações indispensáveis ao atendimento dos pacientes, orientando o usuário segundo protocolo da AHA com mensagens e comandos por texto e voz em português. Descarga interna automática entre 30 segundos se não houver disparo pelo operador. Indicação visual e sonora que orienta o socorrista a realizar o procedimento eficazmente. Autoteste periódico e indicador de que o equipamento está em condições de uso. Permitir registro em memória de ECG contínuo e eventos realizados. Possuir alça integrada ao gabinete, independente do fornecimento de bolsa de transporte, a fim de facilitar o transporte/manuseio do*

equipamento, trazendo mais versatilidade ao uso. Transferência dos dados (informações do atendimento como, traçado do ECG, eventos e gravação do som ambiente) para PC através de tecnologia já incorporada ao equipamento. Bateria recarregável independente das pás com autonomia de mínimo 140 choques ou no mínimo 05 horas de monitorização. Índice de proteção mínimo IP55. Dever á ser apresentado Certificações de conformidade definitivo com logomarca INMETRO com as Normas: NBR IEC 60601- 1;NBR IEC 60601-1-2; NBR IEC 60601-1-6; NBR IEC 60601-1-8 e NBR 60601-2-4. Deverá ter registro vá lido na ANVISA. Acompanhado dos acessórios mínimos: 1 Bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável. 10 jogo de eletrodos com desenho do correto posicionamento no paciente (adulto), 10 jogo de eletrodos com desenho do correto posicionamento no paciente (pediátrico), 01 software para computador que permita a transferência, armazenamento, visualização e impressão em PC com licença livre para instalação em diversas máquinas. Deverá possuir proteção contra a entrada de líquidos igual ou superior a ip55 com peso máximo de 3,2 kg com a bateria inserida no equipamento deve auxiliar, por comando de voz em portgues br, o usuário a aplicar manobras de rcp acessórios que devem acompanhar o equipamento: 01 bateria com capacidade para no mínimo de 140 choques homologada pelo fabricante; 01 bolsa com alça para acondicionamento do dea e dos acessórios, resistente e lavável; 01 manual do equipamento para o usuário; 02 pares de eletrodos auto-adesivos para adulto, 01 par de eletrodos autoadesivos infantil com desenho do correto posicionamento no paciente. dimensões que respeitem o peso máximo solicitado o equipamento deverá possuir visor de cristal liquido ou compatível para visualizar mensagens de texto, contador de choques, tempo de atendimento e traçado de ecg. garantia mínima do equipamento dever á ser de 12 meses.

Ademais, em relação ao pedido de alteração do treinamento operacional in loco para o formato virtual, INDEFERIMOS o pleito, uma vez que todos os treinamentos devem ser feitos de forma presencial, permanecendo, assim, a redação do TR inalterada.

Já quanto à requisição de dados de matrícula e nome do fiscal de contrato, informamos que a indicação do nome e matricula do fiscal, serão informados somente por ocasião da formalização do contrato.

Por fim, no tocante as disposições relativas ao recebimento provisório e definitivo, informamos que o prazo foi inserido no informativo editado para sanar eventuais omissões relacionadas ao certame, passando a ser:

15.2. Quanto o recebimento:

- 15.2.1. PROVISORIAMENTE, até 10 (dez) dias da entrega do produto, mediante Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito pelo(s) fiscal(is) do contrato.
- 15.2.2. DEFINITIVAMENTE, até 30 (trinta) dias da expedição do termo de recebimento provisório, após a verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e,

consequente aceitação das notas fiscais pelo(s) fiscal(is) da contratação, será expedido termo de recebimento definitivo, devendo haver rejeição do objeto no caso de desconformidade. O Termo de recebimento definitivo será lavrado pelo(s) fiscal(is) do Contrato.

3. CONCLUSÃO E ENCAMINHAMENTO

Ante todo o exposto, considerando as informações contidas nos autos do processo em epígrafe, bem como o poder discricionário da Administração Pública, em atenção aos princípios da eficiência, economicidade e isonomia, esta Coordenadoria de Gestão de Compras e Licitações opina pelo **INDEFERIMENTO** em razão da perda do objeto do Pedido de Impugnação ao Edital interposto pela empresa CMOS DRAKE S/A, ante a edição de informativo e aos argumentos acima expostos, mormente quanto ao requerimento de alteração da modalidade de treinamento operacional.

Diante do exposto, mantém-se os atuais termos e condições previstas no Edital nº 9933 do Pregão Eletrônico nº 90201/2024-SMS, como mencionado, já considerando a edição do informativo anexado ao presente caderno processual.

Encaminha-se ao Gabinete do Secretário para apreciação e posterior devolução à Central de Licitações de Fortaleza – CLFOR.

Fortaleza, data da assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)

Felipe Ribeiro Lopes
Célula de Processos Licitatórios

(documento assinado digitalmente)

Maria Rosilene Matos de Oliveira
Coordenadora Interina de Gestão de Compras e Licitações



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número HH755SJF

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3725259 e código HH755SJF

ASSINADO POR:

DESPACHO DECISÓRIO

Processo nº.: P018980/2024

Licitação: Pregão Eletrônico nº. 90201/2024

Assunto: Resposta ao pedido de impugnação referente ao Pregão Eletrônico nº 90201/2024

Interessado: CMOS DRAKE S/A.

Trata-se de pedido de impugnação interposta CMOS DRAKE S/A, já devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, contra os termos do Edital nº. 9933, referente ao Pregão Eletrônico nº. 90201/2024, cujo objeto é A SELEÇÃO DE EMPRESA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS II, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA– SMS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

Considerando as informações constantes nos autos do processo em epígrafe os termos do pedido de impugnação postulado pela pessoa jurídica acima qualificada, ante o interesse público envolvido, em atenção aos princípios constitucionais que regem os processos licitatórios, **decido:**

1. **CONHECER** o pedido de Impugnação ao Edital interposto por CMOS DRAKE S/A;
2. **INDEFERIR** em razão da perda do objeto do Pedido de Impugnação ao Edital interposto pela empresa CMOS DRAKE S/A, ante a edição de informativo e aos argumentos expostos em manifestação de admissibilidade.

Encaminhem-se os autos do processo P018980/2024 à Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza – CLFOR, para providências cabíveis quanto à publicização da resposta ao pedido de impugnação.

Fortaleza- CE, data da assinatura digital.

(documento assinado digitalmente)

Galeno Taumaturgo Lopes
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE DE FORTALEZA



Fortaleza
PREFEITURA



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número 9MWKXCLN

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3725258 e código 9MWKXCLN

ASSINADO POR: