

PARECER TÉCNICO PARA PINOS
Nº 229/2024

Setor: NÚCLEO DE TRAUMATOLOGIA

Data: 21/08/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
- OPME	ENFERMED / SARTORI	-2 UNIDADES DE CADA

ITENS: 01 E 03

ANVISA: 80083650077

PREGÃO ELETRÔNICO: 90208/2024

PROCESSO: P226097/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
01	Pino implantável ortopédico de aço inoxidável, modelo de Schanz, com corpo de rosca cortical cônica com diâmetro da rosca entre 4,5 - 3,5 mm, revestido em hidroxiapatita, de diversos comprimentos (variando entre 100mm e 200mm), uso único, embalagem individual. Acompanha instrumental para Colocação.	X	
03	Pinos de Schanz revestidos com hidroxiapatita, cônico, ponta romba, com rosca trapezoidal de 5 mm e 6 mm, comprimento de 200 mm e 220 mm, com rosca nos tamanhos que variam de 20 mm a 80 mm. Acompanha instrumental para colocação.	X	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa:

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto ao manuseio?

(X) Boa () Ruim

4. Quanto à fixação?

(X) Boa () Ruim

5. Quanto ao rosqueamento do parafuso?

(X) Fácil () Difícil

6. Os produtos especificados atendem a necessidade do serviço?

(X) Sim () Não

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 23 / 08 / 24

Carlos Renato de S. Gondim
Osteopatia e Traumatologia
CRM 300.705-3

Ass./Carimbo do Responsável

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Data da entrega da amostra no IJF: 20 / 08 / 24 Hora: 14 : 26 h