

**PARECER TÉCNICO - DISPOSITIVO PARA ESCOAMENTO DE SOLUÇÕES
PARENTERAIS**

Nº 495/2024

Setor: Centro cirúrgico

Data: 27/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
DISPOSITIVO PARA ESCOAMENTO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	UNIÃO SUL / DESCARPACK	03 UND/ITEM

ITEM 26

P.E.: 90217/2024 I P. Nº: 227074/2024

ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 10330660274

Dispositivo para transferência de soluções parenterais com duas pontas perfurantes (tipo lanceta), para uso em soluções de grandes volumes. Material em PVC ou similar, biocompatível. Apresenta pontas perfurantes em sentidos opostos com tampas protetoras. Material deve ser resistente, de manuseio fácil e seguro, e permitir escoamento rápido, em alto fluxo, serem isento de resíduos e impurezas, atóxico, apirogênico. Estéril, e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

☒ Abertura é fácil () Abertura irregular/contamina

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom () Ruim

5. Quanto à introdução?

☒ Boa () Ruim


6. Resultado do teste?

☒ Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 28 / 11 / 24

Dra. Glória Menezes
Anestesiologista
CRM: 1.101.005-5511


Ass./Carimbo do Responsável

Dra. Ludmilla Farias
Médica CRM-CE. 11 183
Gerência de Controle de Riscos
Instituto Dr. José Frota - IJF

*Distância técnica
em exercício.*

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 27/11/2024. Hora: 08:43 h.

PARECER TÉCNICO - DISPOSITIVO RÍGIDO PARA OCLUSÃO DE CONEXÕES
Nº 496/2024

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 27/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
DISPOSITIVO RÍGIDO PARA OCLUSÃO DE CONEXÕES	UNIÃO SUL / VITAL	03 UND/ITEM

ITEM 28

P.E.: 90217/2024 | P. Nº: 227074/2024

ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 10296900125

Dispositivo rígido para oclusão de conexões luer fêmea: conexão para cateter universal, fechamento luer lock, fabricado com látex free. Esterilizado a óxido de etileno. Descartável, de uso único. Conter dados de identificação, lote, procedência, prazo de validade e registro na ANVISA.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim (☐) Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa (☐) Ruim

3. Quanto à embalagem?

(☒) Abertura é fácil (☐) Abertura irregular/contamina

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom (☐) Ruim

5. Quanto à conexão?

(☒) Boa (☐) Ruim

6. Quanto à capacidade de oclusão?

(☒) Boa (☐) Ruim

7. Resultado do teste?

(☒) Aprovado (☐) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 28 / 11 / 24

Antônia Cláudia Nascimento de Moura
Coordenadora de Enfermagem
de Emergência IJF
COREN CE: 399.301 - FNE

Ass./Carimbo do Responsável



Membro da Comissão de Parecer Técnico

Claudia Valani Barcellos

Assessoria Controle Avaliação e Qualidade

IJF / ASCAQ

Mat. 115569-05

Data da entrega da amostra no IJF: 27/11/2024. Hora: 08:43 h.