

PARECER TÉCNICO – CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO
Nº 483/2024

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 26/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO	PANORAMA / AGROMASS	03 UNDADES

ITEM: 14

P.E.: 90217/2024 | PROCESSO Nº: 227074/2024

ESPECIFICAÇÃO:

Cateter intravenoso periférico 20g x 32mm (+/- 5mm), em poliuretano com ponta cônica atraumática, mandril em aço inox, bisel curto trifacetado. Câmara de refluxo transparente. Siliconizado, com dispositivo de segurança. Conexão fêmea. Estéril, descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

() Sim (X) Não

Justificativa: Não há dispositivo de segurança na amostra encaminhado.

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto ao manuseio?

(X) Bom () Ruim

4. Quanto à ponta?

(X) Favorece a introdução () Indiferente

5. Quanto à conexão?

(X) Boa () Ruim

6. Quanto à resistência?

(X) Boa () Ruim

7. Resultado do teste?

() Aprovado (X) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 27 / 11 / 24

Dra. Marilman M. B. Zan
Coordenadora Nucleo IJF
CRM 2723

Ass./Carimbo do Responsável

Dra. Ludmilla Farias
Médica CRM-CE. 11 183
Gerência de Controle de Riscos
Instituto Dr. José Frota - IJF

*Diretora Técnica
em exercício.*

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 25/11/2024 Hora: 14:50 h