

PARECER TÉCNICO PARA CATETER VENOSO CENTRAL

Nº 478/2024

Setor: Centro cirúrgico

Data: 25/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
CATETER VENOSO CENTRAL	OMNIELMASTER / BIOMEDICAL	01 UND/ITEM

ITEM 05

P.E.: 90217/2024 | P. Nº: 227074/2024

ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 10196320069

Cateter venoso central mono lúmen (conjunto), 14 ga x 20 cm, adulto, para infusão de medicamentos. Em poliuretano, radiopaco, centimetrado. Composto por 1 cateter, 1 fio guia ponta j compostos por aço inoxidável revestido por teflon (ptfe), 1 dilatador de vaso, 1 agulha, 1 seringa, 1 fixador de cateter, 1 trava, 1 tampa protetora, descartável. Esterilizado por óxido de etileno. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à abertura?

(☒) Facilidade, "boa pega"
() "Pega" insuficiente ou inadequada

4. Quanto ao kit?

(☒) Presença de todos os itens necessários
() Kit incompleto

5. Quanto à inserção?

(☒) Boa () Ruim

6. Quanto ao manuseio do fio guia?

(☒) Bom () Deforma com facilidade

7. Quanto às conexões?

(☒) Boa, não apresenta vazamento
() Ruim, encaixe ruim

8. Resultado do teste?

(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data:

27 / 11 / 2024

José Airton Lopes Filho

Chefe do Núcleo de Cirurgia do IJF - NUCIG

CRM 9877 CPF: 826.292.343-04

Ass./Carimbo do Responsável

Dra. Ludmilla Farias
Médica CRM-CE 11183
Gerência de Controle de Riscos
Instituto Dr. José Frota - IJF

Assinatura técnica em exercício

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 25/11/2024. Hora: 11:06 h.