

PARECER TÉCNICO - DISPOSITIVO PARA ESCOAMENTO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS

Nº 476/2024

Setor: Centro cirúrgico

Data: 25/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
DISPOSITIVO PARA ESCOAMENTO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS	MILLENIUM / DESCARPACK	03 UND/ITEM

ITEM 25

P.E.: 90217/2024 | P. N°: 227074/2024

ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 10330660274

Dispositivo para escoamento de soluções parenterais de grande volume. Em pvc ou similar, biocompatível. Luz interna com diâmetro entre 3 a 4 mm, para uso em frascos/bolsas com sistema fechado, que permita escoamento rápido. Uma extremidade com ponta perfurante (tipo lanceta) e outra com bico de escoamento, com tampas protetoras. Todo material deve ser resistente e de manuseio fácil e seguro, atóxico, apirogênico, biocompatível, estéril e de uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

☒ Abertura é fácil () Abertura irregular/contamina

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom () Ruim

5. Quanto à introdução?


☒ Boa () Ruim

6. Resultado do teste?

☒ Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 27 / 11 / 2024


Ass. Carimbo do Responsável

Dra. Ma da Glória Menezes
Médica Anestesiologista
CRM-CE 10092 RQE 5511

Dra. Ludmilla Farias
Médica CRM-CE 11 183
Gerência de Controle de Riscos
Instituto Dr. José Frota - IJF

*Diretora Técnica
em exercício.*

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 22/11/2024. Hora: 13:00 h.