

PARECER TÉCNICO PARA KIT PARA PUNÇÃO ARTERIAL
Nº 480/2024

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 25/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
KIT PARA PUNÇÃO ARTERIAL	DBV / ALIVE HEART	01 UND

ITEM 34

P.E.: 90217/2024 I P. Nº: 227074/2024

ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 80415440015

Kit para punção arterial por técnica de seldinger. Tamanho: 20g, comprimento aproximado 5cm cateter arterial em poliuretano radiopaco; extensão com clamp e aba de fixação com baixo perfil em silicone; reforço na junção do cateter com o corpo central para evitar dobras; agulha arterial com corte em v no canhão para indicação da face do bisel; guia metálico reto, com marca de referência que indica quando a ponta do fio guia esta na ponta da agulha; canhões das agulhas codificados com cores no padrão isso.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa () Ruim

3. Quanto à abertura?

(X) Facilidade, "Boa Pega" () "Pega" insuficiente ou inadequada

4. Quanto ao kit?

(X) Presença de todos os itens necessários () Kit incompleto

5. Quanto à inserção?

() Boa (X) Ruim

6. Quanto às conexões?

(X) Boas, não apresentam vazamentos () Encaixe ruim

7. Resultado do teste?

(X) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 27 / 11 / 2024

Dra. Marlene N. S. Zan
Coordenadora do IJF
CRM 8793

Ass./Carimbo do Responsável

Dra. Ludmilla Farias
Médica CRM-CE. 11 183
Gerência de Controle de Riscos
Instituto Dr. José Frota - IJF

*Dirutora técnica
em exercício*

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 25/11/2024 Hora: 11:35 h