

PARECER TÉCNICO PARA AGULHA GENGIVAL

Nº 459/2024

Setor: ODONTO

Data: 18/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
AGULHA GENGIVAL	EVVE HEALTH / SR	03 UND / ITEM

ITENS: 07 e 08

P.E.: 90220/2024 | P. Nº: 225830/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
07	AGULHA GENGIVAL 27G LONGA , corpo em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, adaptável à seringa carpule, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Apresentação: unidade.	☒	☐
08	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA , corpo em aço inox siliconizado, bisel trifacetado, adaptável à seringa carpule, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Apresentação: unidade.	☒	☐

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

☒ Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom () Ruim

5. Quanto à introdução?

☒ Boa () Ruim

6. Quanto à conexão?

(☒) Boa () Ruim


Observações adicionais, caso se faça necessário:


ANVISA: 80026180062

Data:

19 / 11 / 24

Dr. Ricardo
Chefe do Núcleo de Odontologia


Ass./Carimbo do Responsável
NUCOD - IJF
CRO: 3660


Membro da Comissão de Parecer Técnico

Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Data da entrega da amostra no IJF: 18/11/2024 Hora: 12:21 h

PARECER TÉCNICO PARA SERINGA DESCARTÁVEL
Nº 460/2024

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 18/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
SERINGA DESCARTÁVEL	EVVE HEALTH / MEDIX e SR	03 UND / ITEM

ITENS: 26 a 29

P.E.: 90220/2024 I P. Nº: 225830/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
26	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML, COM BICO LUER LOCK , sem agulha. Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade, registro no inmetro e órgão competente. Apresentação: unidade. ANVISA: 80495519004		
27	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML COM BICO CATETER - seringa estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 60ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo cateter e flange. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 10ml nos traços longos e de 5ml nos traços curtos. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade, registro no inmetro e registro em órgão competente. Apresentação: unidade. ANVISA: 80026180038		

28	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML COM BICO LUER LOCK - seringa estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 60ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer lock e flange. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 10ml nos traços longos e de 5ml nos traços curtos. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade, registro no inmetro e registro em órgão competente. Apresentação: unidade ANVISA: 80495519004		
29	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML COM BICO LUER SLIP - seringa estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 60ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer slip e flange. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 10ml nos traços longos e de 5ml nos traços curtos. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade, registro no inmetro e registro em órgão competente. Apresentação: unidade. ANVISA: 80495519004		

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto ao bico?

(☒) Adapta facilmente/não vaza

(☐) Não adapta bem/apresenta vazamento

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 22 / 11 / 2024

Antonia Claudia Nascimento de Moura

Coordenadora de Enfermagem

de Saúde

Ass. Carimbo do Responsável

CORL/CE 308.331-ENT


Membro da Comissão de Parecer

Claudia Vatan Barcellos
Assessora Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115588-05

Data da entrega da amostra no IJF: 18/11/2024 Hora: 12:21 h

