

**PARECER TÉCNICO PARA SERINGA DESCARTÁVEL**

**Nº 443/2024**

**Setor: EMERGÊNCIA**

**Data: 13/11/2024**

| <u>MATERIAL TESTADO</u> | <u>EMPRESA / MARCA</u> | <u>QUANTIDADE FORNECIDA</u> |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| SERINGA DESCARTÁVEL     | INJEX / INJEX          | 03 UNIDADES/ITEM            |

**ITENS: 15, 17, 19, 21, 23 e 30**

**P.E.: 90220/2024 | P. Nº: 225830/2024**

**ANVISA: 10160610007 / 10160610025**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | APROVADO | REPROVADO |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 15   | Seringa descartável 10ml com bico luer lock, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual,estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade, registro no inmetro e órgão competente. Apresentação: unidade.   | ✓        |           |
| 17   | Seringa descartável 10ml com bico luer slip, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e registro no inmetro e órgão competente. Apresentação: unidade. | ✓        |           |
| 19   | Seringa descartável 20ml com bico luer slip, sem agulha, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 20ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer slip e flange. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 5ml nos traços longos e de 1ml nos traços curtos. Linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e                                                                                                                                                                                                            | ✓        |           |

**Saúde**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                       |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    | flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade, registro no inmetro e registro em órgão competente. Apresentação: unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                       |  |
| 21 | Seringa descartável 20ml, com bico luer-lock sem agulha, estéril, descartável, de uso único para uso geral em procedimentos terapêuticos. Seringa confeccionada em polipropileno transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha e constituída por cilindro, êmbolo e graduação até 20ml. O cilindro é dividido em corpo com siliconização interna, bico tipo luer-lock e flange. O êmbolo é dividido em haste e rolha de borracha. A escala da graduação é de 5ml nos traços longos e de 1ml nos traços curtos. Linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade, registro no inmetro e registro em órgão competente. Apresentação: unidade. |    |  |
| 23 | Seringa descartável 3ml, com bico luer lock, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade, registro no inmetro e órgão competente. Apresentação: unidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| 30 | <b>Seringa descartável para insulino terapia</b> 1ml sem agulha, estéril. Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, de manchas e matéria estranha. Constituída de cilindro, anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, isento de rebarbas, bolhas ou outros defeitos; pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e registro em órgão competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

( ☒ ) Sim ( ) Não

Justificativa: \_\_\_\_\_

2. Quanto à identificação do material?

( ☒ ) Boa ( ) Ruim

3. Quanto à embalagem?

( ☒ ) Boa ( ) Ruim

4. Quanto ao manuseio?

( ) Bom ( ) Ruim

5. Quanto ao bico?

( ☒ ) Adapta facilmente/não vaza ( ) Não adapta bem/apresenta vazamento

6. Resultado do teste?

( ☒ ) Aprovado ( ) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 18 / 11 / 2024

Antonia Claudia Nascimento de Moura  
Coordenadora de Enfermagem  
de Emergência IJF  
COREN-CE: 399.301 - ENF

Ass./Carimbo do Responsável



Membro da Comissão de Parecer Técnico

**Claudia Valani Barcellos**  
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade  
IJF / ASCAQ  
Mat. 115569-05

Data da entrega da amostra no IJF: 13/11/2024 Hora: 09:26 h

