

PARECER TÉCNICO PARA AGULHA HIPODÉRMICA
Nº 447/2024

Setor: UTI

Data: 14/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL	MULTIFARMA / SR	02 UNIDADES

ITEM 01

P.E.: 90220/2024 | P. Nº: 225830/2024

ESPECIFICAÇÃO

ANVISA: 80026180041

Agulha hipodérmica descartável 25 x 12ga, cânula de aço inoxidável, siliconizada, ponta romba ou semi romba, com boa afiação para perfuração de frasco ampola, protetor de encaixe firme, conector, codificado por cores. Embalagem individual, esteril, abertura asséptica (em pétala); contendo dados de identificação legíveis permitindo a leitura, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e com registro no inmetro e órgão competente.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto ao bico?

(☒) Adapta facilmente/não vaza () Não adapta bem/apresenta vazamento

6. Resultado do teste?

(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data:

24 / 11 / 2024

Ass./Carimbo do Responsável

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 11/11/2024 Hora: 14:00 h