

PARECER TÉCNICO PARA AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL E
LANCETA PARA PUNÇÃO

Nº 448/2024

Setor: UTI

Data: 14/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL; LANCETA PARA PUNÇÃO	SELENIUM / UNIQMED	01 CX / ITEM

ITENS: 02, 04, 05, 06, 09 a 12

P.E.: 90220/2024 | P. Nº: 225830/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
02	Agulha hipodérmica descartável 25 x 12ga, cânula de aço inoxidável, siliconizada, ponta romba ou semi romba, com boa afiação para perfuração de frasco ampola, protetor de encaixe firme, conector, codificado por cores. Embalagem individual, esteril, abertura asséptica (em pétala); contendo dados de identificação legíveis permitindo a leitura, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade e com registro no inmetro e órgão competente ANVISA: 80155470395	X	
04	Agulha hipodérmica descartável 13 x 0,45mm, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, com dispositivo de segurança, canhão em poliuretano e protetor de encaixe firme. Estéril, descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. ANVISA: 10098719007	X	
05 e 06	Lanceta para realização de punção digital, profundidade de 1,5 mm aproximadamente. Com obtenção de volume a partir de 0,5 microlitros, totalmente descartável, com sistema de gatilho em cada unidade, ou seja, sem a necessidade do uso de lancetador, contendo dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. Apresentação: unidade. ANVISA: 10098710058	X	

Saúde

09 e 10	Agulha hipodérmica descartável 25mm x 0,7mm, estéril, com dispositivo de segurança, constituída em aço inoxidável, com bisel trifacetado e parede fina siliconizada, com canhão colorido para facilitar a identificação do calibre. Individualmente embalada de acordo com normas da anvisa permitindo a abertura com técnicas assépticas de acordo com as normas técnicas da abnt. Embalagem com a descrição de produto destinado a entidade pública – proibida a venda pelo comércio impressa no blister da embalagem unitária. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro no inmetro e órgão competente. Apresentação: unidade. ANVISA: 10098719007	X	
11 e 12	Agulha hipodérmica descartável 30mm x 0,8mm, estéril, com dispositivo de segurança, constituída em aço inoxidável, com bisel trifacetado e parede fina siliconizada, com canhão colorido para facilitar a identificação do calibre. Individualmente embalada de acordo com normas da anvisa permitindo a abertura com técnicas assépticas de acordo com as normas técnicas da abnt. Embalagem com a descrição de produto destinado a entidade pública – proibida a venda pelo comércio impressa no blister da embalagem unitária. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro no inmetro e órgão competente. Apresentação: unidade. ANVISA: 10098719007	X	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

☒ Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?


☒ Bom () Ruim


5. Quanto ao bico?

☒ Adapta facilmente/não vaza () Não adapta bem/apresenta vazamento

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 14 / 10 / 2024


Ass./Carimbo do Responsável


Claudia Valani Barcellos
Assessora Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05


Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 13/11/2024 Hora: 14:50 h

