

PARECER TÉCNICO PARA SERINGA DESCARTÁVEL
Nº 603/2024

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 18/12/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
SERINGA DESCARTÁVEL	EVVE HEALTH / MEDIX	03 UNIDADES

ITENS: 18 e 31

P.E.: 90220/2024 | P. Nº: 225830/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
18	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM BICO LUER SLIP, SEM AGULHA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA. COMPOSTO DE: CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME, AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL; BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. ÊMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, SEM RISCOS, REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS COM PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, ISENTO DE PARTÍCULAS OU GOTAS; HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVÓLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO INMETRO E ÓRGÃO COMPETENTE. APRESENTAÇÃO: UNIDADE.	✓	
31	SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINOTERAPIA 1ML SEM AGULHA, ESTÉRIL. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE PARTÍCULAS, DE MANCHAS E MATÉRIA ESTRANHA. CONSTITUÍDA DE CILINDRO, ANEL DE RETENÇÃO, LINHAS DE GRADUAÇÃO VISÍVEIS E DE ESPESSURA UNIFORME AO LONGO DO EIXO LONGITUDINAL; BICO E FLANGE COM FORMATO ADEQUADO. ÊMBOLO COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE REBARBAS, BOLHAS OU OUTROS DEFEITOS; PISTÃO LUBRIFICADO DE MATERIAL INERTE, ISENTO DE PARTÍCULAS ; HASTE COM BASE DE APOIO AO MANEJO SEGURO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA); INVÓLUCRO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO LEGÍVEIS PERMITINDO LEITURA, ADEQUADA, SEGURA, COMPATÍVEL COM O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	✓	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto ao bico?

(☒) Adapta facilmente/não vaza () Não adapta bem/apresenta vazamento

6. Resultado do teste?

(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 23 / 12 / 2024

Antônia Cláudia Nascimento de Moura
Coordenadora da Entregagem
Especialista em
CNPJ 06.390.201-ENF

Ass./Carimbo do Responsável

Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115560-05

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 18/12/2024 Hora: 08h: 54min