

PARECER TÉCNICO PARA SERINGA DESCARTÁVEL
Nº 568/2024

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 12/12/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
SERINGA DESCARTÁVEL	SELLENE / BD SAFETY GLIDE	03 UNIDADES

ITEM 32

P.E.: 90220/2024 | P. Nº: 225830/2024

ESPECIFICAÇÃO:

SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (com espaço morto zero) 1/2 ml ou 50ui, agulha 8 x 0,30 ga – agulha 0,30mm de espessura por 8mm de comprimento, escala de graduação de 1 em 1 unidade estéril. confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, de manchas e matéria estranha. constituída de cilindro, anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. êmbolo com acabamento perfeito, sem rebarbas, bolhas ou outros defeitos; pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas; haste com base de apoio ao manejo seguro. abertura em pétala permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação legíveis do fabricante lote, procedência, data e tipo de esterilização, embalada individualmente, prazo de validade, registro no inmetro e órgão competente. apresentação: unidade.

ANVISA: 10033439050

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim ☐ NãoJustificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa ☐ Ruim

3. Quanto à embalagem?

☒ Boa ☐ Ruim

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom ☐ Ruim

5. Quanto ao bico?

☒ Adapta facilmente/não vaza ☐ Não adapta bem/apresenta vazamento

6. Resultado do teste?

☒ Aprovado ☐ Reprovado


Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 13 / 12 / 24

Antonia Claudia Nascimento de Moura
Coordenadora de Enfermagem
de Emergência IJF
COREN CE 399.301 - ENF

Ass./Carimbo do Responsável




Assessoria de Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
MAL 115569-05

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 11/12/2024 Hora: 15:58 h