

PARECER TÉCNICO PARA AGULHA HIPODÉRMICA
Nº 442/2024

Setor: EMERGÊNCIA

Data: 13/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL	BELIEVE FARMA / WILTEX	03 UNIDADES

ITEM 03

P.E.: 90220/2024 | P. Nº: 225830/2024

ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 10150470517

Agulha hipodérmica descartável 13 x 0,45mm, cânula de aço inoxidável, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, com dispositivo de segurança, canhão em poliuretano e protetor de encaixe firme. Estéril, descartável. Embalagem individual em papel grau cirúrgico, abertura asséptica. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto à introdução?

(☒) Boa () Ruim

6. Quanto à conexão?

(☒) Boa () Ruim

7. Resultado do teste?

(☒) Aprovado () Reprovado



Saúde



COMISSÃO DE PARECER

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 18 / 11 / 2024

Antônia Claudine Moura
Coordenadora de Enfermagem
de Emergência IJF
COREN/CE 399.301 - ENF

Ass./Carimbo do Responsável

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Data da entrega da amostra no IJF: 12/11/2024 Hora:16:40 h