

PARECER TÉCNICO PARA SERINGA DESCARTÁVEL

Nº 446/2024

Setor: UTI

Data: 14/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
SERINGA DESCARTÁVEL	DISTRIBUIDORA MUNDIAL / SR; SOL MILLENNIUM	03 UNIDADES/ITEM

ITENS: 24 e 33

P.E.: 90220/2024 | P. Nº: 225830/2024

ANVISA: 80026180002 / 80937150003

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	APROVADO	REPROVADO
24	Seringa descartável 3ml , com bico luer lock, sem agulha, confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, manchas e matéria estranha. Composto de: cilindro com anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme, ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem riscos, rebarbas, bolhas ou outros defeitos com pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas ou gotas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Embalagem individual, estéril, abertura asséptica (em pétala); invólucro contendo dados de identificação legíveis permitindo leitura, adequada, segura, compatível com o processo de esterilização, data de fabricação, prazo de validade, registro no inmetro e órgão competente. Apresentação: unidade.	X	
33	Seringa descartável para insulina com dispositivo de segurança (com espaço morto zero) 1/2 ml ou 50ui, agulha 8 x 0,30 ga – agulha 0,30mm de espessura por 8mm de comprimento, escala de graduação de 1 em 1 unidade estéril. Confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogênico, livre de partículas, de manchas e matéria estranha. Constituída de cilindro, anel de retenção, linhas de graduação visíveis e de espessura uniforme ao longo do eixo longitudinal; bico e flange com formato adequado. Êmbolo com acabamento perfeito, sem rebarbas, bolhas ou outros defeitos; pistão lubrificado de material inerte, isento de partículas; haste com base de apoio ao manejo seguro. Abertura em pétala permitindo abertura e transferência com técnica asséptica, compatível com o processo de esterilização, contendo externamente dados de identificação legíveis do fabricante lote, procedência, data e tipo de esterilização, embalada individualmente, prazo de validade, registro no inmetro e órgão competente. Apresentação: unidade	X	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à embalagem?

☒ Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom () Ruim

5. Quanto ao bico?

☒ Adapta facilmente/não vaza () Não adapta bem/apresenta vazamento

6. Resultado do teste?

☒ Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 14 / 11 / 2024

Ass./Carimbo do Responsável

Ana Cláudia Silva
Assessora Coordenadora NUET/IFJF
COREN-CE 312.503
Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF/ASCAQ
Mat. 115569-05

[Assinatura]
Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 13/11/2024 Hora: 16:31 h