

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Nº DO PROCESSO	DE
P466636/2024	IJF/ASCAQ
INTERESSADO	PARA
Instituto Dr. José Frota - IJF	CLFOR/COPREG
ASSUNTO	DATA DO DESPACHO
Encaminhamento de amostras - PE 90254/2024	02/12/2024

1. Visto;
2. Atendendo ao DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA, por meio do qual foram encaminhados os autos do processo em epígrafe, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 90254/2024**, com prazo final para apresentação das amostras estipulado para **29/11/2024**, cujo objeto é o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de PREÇOS VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR – AGULHAS e SERINGAS PARA ANESTESIA, informamos que a empresa **BEVIE COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES & REPRESENTAÇÕES LTDA (ITEM 06)** não apresentou as amostras convocadas;
3. Encaminha-se para ciência e providências.

CLAUDIA VALANI BARCELLOS
Matrícula 115569-05
Assessoria de Controle, Avaliação e Qualidade - ASCAQ



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número DKZKDEZJ

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 3912612 e código DKZKDEZJ

Para validar a assinatura digital, acesse o site do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação: <https://validar.iti.gov.br/>

ASSINADO POR:

Assinado por: CLAUDIA VALANI BARCELLOS em 02/12/2024

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Nº DO PROCESSO	DE
P466630/2024	IJF/ASCAQ
INTERESSADO	PARA
Instituto Dr. José Frota - IJF	CLFOR/COPREG
ASSUNTO	DATA DO DESPACHO
Encaminhamento Parecer Técnico PE 90254/2024	27/11/2024

1. Visto;
2. Atendendo ao DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA, por meio do qual foram encaminhados os autos do processo em epígrafe, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 90254/2024**, com prazo final para apresentação das amostras estipulado para **29/11/2024**, cujo objeto é o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de **MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR – AGULHAS e SERINGAS PARA ANESTESIA** informamos que a empresa **HOSPMAIA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (ITEM 07)** apresentou as amostras convocadas. Segue em anexo o parecer sobre a referida amostra, assinado e datado;
3. Encaminha-se para ciência e providências.

MARIA KELLY EIDE CAMPOS DA SILVA
Matrícula 86069-05
Assessoria de Controle, Avaliação e Qualidade - ASCAQ

PARECER TÉCNICO – AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA
Nº 481/2024

Sector: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 25/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA	HOSPMAIA / PROCARE	02 UNIDADES

ITEM 07

P.E.: 90254/2024 | PROCESSO: P466630/2024

ESPECIFICAÇÃO

Agulha para raqui com introdutor, descartável, bisel, tipo quincke, calibre 22g, cânula em aço inoxidável, de parede fina e com maior diâmetro interno, mandril/estilete ajustado á cânula, canhão luer lock com visor translúcido e internamente cônico possui uma fenda para localizar mandril, introdutor com formato interno. Livre de látex. Embalada individualmente, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Calibre: 22g (0,7mm x 90 mm).

ANVISA: 10369460118.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à selagem/integridade?

(☒) Uniforme () Com falhas () Aberta

4. Quanto à abertura?

(☒) Facilidade, "Boa Pega" () "Pega" insuficiente ou inadequada

5. Quanto à adaptação?

(☒) Boa/sem vazamento () Não adapta bem/solta com facilidade.

6. Resultado do teste?

(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 27 / 11 / 2024

Dra. Mailman M. B. Zan
Coordenadora Nucleo IJF

Ass./Carimbo do Responsável

Dra. Ludmilla Farias
Médica CRM-CE. 11.183
Gerência de Controle de Riscos
Instituto Dr. José Frota - IJF

*Assinatura técnica
em exercício*

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 25/11/2024. Hora: 13:35 h.

FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO

Nº DO PROCESSO	DE
P466617/2024	IJJF/ASCAQ
INTERESSADO	PARA
Instituto Dr. José Frota - IJJF	CLFOR/COPREG
ASSUNTO	DATA DO DESPACHO
Encaminhamento Parecer Técnico PE 90254/2024	28/11/2024

1. Visto;
2. Atendendo ao DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRA, por meio do qual foram encaminhados os autos do processo em epígrafe, referente ao **Pregão Eletrônico n.º 90254/2024**, com prazo final para apresentação das amostras estipulado para **29/11/2024**, cujo objeto é o registro de preços visando aquisições futuras e eventuais de **MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR – AGULHAS e SERINGAS PARA ANESTESIA** informamos que a empresa **DMG COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA (ITEM 12)** apresentou a amostra convocada. Segue em anexo o parecer sobre a referida amostra, assinado e datado;
3. Encaminha-se para ciência e providências.

MARIA KELLY EIDE CAMPOS DA SILVA
Matrícula 86069-05
Assessoria de Controle, Avaliação e Qualidade - ASCAQ

PARECER TÉCNICO - AGULHAS PARA ANESTESIA
Nº 492/2024

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 27/11/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
AGULHAS PARA ANESTESIA	DMG / PAJUNK	02 UND

ITEM: 12

P.E.: 90254/2024 I P. Nº: 466617/2024

ESPECIFICAÇÃO**ANVISA: 80117580485**

Agulhas ou cânulas de 100 mm de comprimento para localização e bloqueio anestésico de plexos e/ou nervos através de neuro-estimulação. Isolamento completo do corpo. O revestimento garante deslizamento na perfuração e possui propriedades isolantes à eletricidade. Possui fio de eletrocondução para conexão ao eletroestimulador com pino universal e extensão em pvc, translúcida, para injeção de fármacos. comprimentos de aproximadamente 100 mm. Garante esterilidade ao procedimento e também um ótimo isolamento elétrico. embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, prazo de validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 12 meses a partir da data de entrega.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?
(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

4. Quanto à ponta?

(☒) Favorece a introdução () Indiferente

5. Quanto à conexão?

(☒) Boa () Ruim

6. Quanto à resistência?

(☒) Boa () Ruim

7. Resultado do teste?

(☒) Aprovado (☐) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 27 / 11 / 2024

Dra. Marilayn M. B. Zan

Coordenadora Nucan IJF

CRM 9723

Ass./Carimbo do Responsável

Dra. Ludmilla Farias
Médica CRM-CE. 11 183
Gerência de Controle de Riscos
Instituto Dr. José Frota - IJF

*Diretor(a) técnica
em exercício*

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 25/11/2024. Hora: 11:35h.