

**PARECER TÉCNICO – AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA**  
**Nº 574/2024**

**Setor: CENTRO CIRÚRGICO**

**Data: 13/12/2024**

| <u>MATERIAL TESTADO</u>             | <u>EMPRESA / MARCA</u>             | <u>QUANTIDADE SOLICITADA</u> |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| AGULHA PARA ANESTESIA<br>RAQUIDIANA | DISTRIBUIDORA MUNDIAL /<br>PROCARE | 02 UNIDADES                  |

**ITEM 06**

**P.E.: 90254/2024 | PROCESSO: P498563/2024**

**ESPECIFICAÇÃO**

**Agulha para anestesia raquidiana com introdutor;** descartável; com bisel tipo quincke, 26g 3 1/2" (9cm) cânula em aço inoxidável de parede fina e com maior diâmetro interno; mandril/estilete: perfeitamente ajustado à parede interna da cânula, que garante a maior resistência contra dobra e quebra durante procedimento; canhão luer lock com visor translúcido e internamente cônico, possui uma fenda devidamente construída e localizada afim de encaixar perfeitamente o canhão ao mandril; introdutor- com canhão de formato interno cônico, facilitando a inserção da agulha raquidiana; bisel menos cortante que agulha hipodérmica, evitando corte acidental da agulha raquidiana. Evita dobra da agulha raquidiana de fino calibre durante a punção; protetor plástico rígido do conjunto agulha e mandril fornecendo total proteção e integridade do bisel até o momento do uso. Embalada individualmente, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente

**ANVISA: 10369460118**

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(X) Sim ( ) Não

Justificativa: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. Quanto à identificação do material?

(X) Boa ( ) Ruim

3. Quanto à selagem/integridade?

(X) Uniforme ( ) Com falhas ( ) Aberta

4. Quanto à abertura?

(X) Facilidade, "Boa Pega" ( ) "Pega" insuficiente ou inadequada

5. Quanto à adaptação?

☒ ) Boa/sem vazamento

( ) Não adapta bem/solta com facilidade.

6. Resultado do teste?

☒ ) Aprovado

( ) Reprovado


Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 13 / 12 / 24

Dra. Marilman M. B. Zan  
Coordenadora Nucan IJF  
CRM 8723

Ass./Carimbo do Responsável

Claudia Valani Barcellos  
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade  
IJF / ASCAQ  
Mat. 115569-05

  
Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 12/12/2024. Hora: 14:10 h.