

PARECER TÉCNICO – AGULHA PARA RAQUI
Nº 009/2024

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 10/01/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
AGULHA PARA RAQUI	MEDIMAC / PROCARE	02 UNIDADES

ITEM 07

P.E.: 90254/2024 | PROCESSO: P006379/2025

ESPECIFICAÇÃO

Agulha para raqui com introdutor, descartável, bisel, tipo quincke, calibre 22g, cânula em aço inoxidável, de parede fina e com maior diâmetro interno, mandril/estilete ajustado á cânula, canhão luer lock com visor translúcido e internamente cônico possui uma fenda para localizar mandril, introdutor com formato interno. Livre de látex. Embalada individualmente, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade, com registro em órgão competente. Calibre: 22g (0,7mm x 90 mm). **Anvisa: 10369460118.**

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à selagem/integridade?

☒ Uniforme () Com falhas () Aberta

4. Quanto à abertura?


☒ Facilidade, "Boa Pega" () "Pega" insuficiente ou inadequada

5. Quanto à adaptação?

☒ Boa/sem vazamento () Não adapta bem/solta com facilidade.

6. Resultado do teste?

☒ Aprovado () Reprovado


Dr. Anderson M. B. Zén
Assessor
Cirurgião

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 10 / 01 / 2025


Ass. Marilene M. B. Zan
Assessora de Tecnologia
Cadastrada

Ass./Carimbo do Responsável



Membro da Comissão de Parecer Técnico

Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Data da entrega da amostra no IJF: 10/01/2025. 09h59min