

PARECER TÉCNICO PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA
Nº 629/2024

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 30/12/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	M C VITORIANO / MEDIX	02 UNIDADES

ITEM 19

PREGÃO ELETRÔNICO: 90273/2024 PROCESSO: P280747/2024

ANVISA: 80495510047

ESPECIFICAÇÃO:

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO 10.0 MM – material pvc cloreto de polivinila, flexível, com angulação de até 105° (graus) para adequar-se a anatomia da traqueia, estéril e descartável com conexão de encaixe 15mm, asa para fixação com marcação da numeração em local visível, automoldável e que não cause traumatismo, linha radiopaca, cânula externa com balão de baixa pressão e alto volume, macio e aveludado e ponta arredondada, evitando traumatismo traqueal. balão piloto com válvula de segurança e identificação de diâmetro interno, que permita encaixe de seringa bico luer slip ou luer lock, de fácil manuseio e contenha fita de fixação macia. Diâmetro interno 10.0mm. Embalagem individual com abertura asséptica.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?
(☒) Sim () Não


Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?
(☒) Boa () Ruim
3. Quanto à introdução da cânula?
(☒) Boa () Ruim
4. Quanto à flexibilidade da cânula?
(☒) Boa () Ruim
5. Quanto à insuflação do balonete?
(☒) Boa () Ruim
6. Quanto à conexão ao suporte ventilatório?
(☒) Boa () Ruim
7. Resultado do teste?
(☒) Aprovado () Reprovado


Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 06 / 01 / 2025

José Airton Lopes Filho
Chefe do Núcleo de Cirurgia do IJF - NUCIC
CRM 9877 CPF: 826.292.343-04

 *Dr. José Airton Lopes Filho*
Ass./Carimbo do Responsável

CRM 9877 | RG: 14.745


Membro da Comissão de Parecer Técnico

Claudia Valani Barcellos
Assessora Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Data da entrega da amostra no IJF: 30/12/2024 Hora: 10:39 h