

PARECER TÉCNICO PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA
Nº 109/2025

Setor: UTI

Data: 03/02/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	MEDEVICES / VITAL GOLD	02 UNIDADES

ITEM 14

PREGÃO ELETRÔNICO: 90273/2024 PROCESSO: P280747/2024

ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 10296900163

Cânula de traqueostomia com balão 7.0mm – material pvc cloreto de polivinila, flexível, com angulação de até 105º (graus) para adequar-se a anatomia da traqueia, estéril e descartável com conexão de encaixe 15mm, asa para fixação com marcação da numeração em local visível, automoldável e que não cause traumatismo, linha radiopaca, cânula externa com balão de baixa pressão e alto volume, macio e aveludado e ponta arredondada, evitando traumatismo traqueal. balão piloto com válvula de segurança e identificação de diâmetro interno, que permita encaixe de seringa bico luer slip ou luer lock, de fácil manuseio e contenha fita de fixação macia. diâmetro interno 7.0mm. embalagem individual com abertura asséptica.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

() Sim

(X) Não

Justificativa: Balão piloto sem a identificação do diâmetro interno.

2. Quanto à identificação do material?

() Boa

() Ruim

3. Quanto à introdução da cânula?

() Boa

() Ruim

4. Quanto à flexibilidade da cânula?

() Boa

() Ruim

5. Quanto à insuflação do balonete?

() Boa

() Ruim

6. Quanto à conexão ao suporte ventilatório?

() Boa

() Ruim

7. Resultado do teste?


() Aprovado

(X) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Dra. Lenise Fernandes
Coordenação Técnica
Fisioterapia - UTI - IJF
CREFITO 6112F

Data: 11 / 02 / 2025


Ass./Carimbo do Responsável

Dr. Denison de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 03/02/2025 Hora: 10:23 h