

PARECER TÉCNICO PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA
Nº 183/2025

Setor: UTI

Data: 24/03/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	M C VITORIANO / MEDIX	02 UNIDADES

ITEM 14

PREGÃO ELETRÔNICO: 90273/2024 PROCESSO: P280747/2024

ESPECIFICAÇÃO:

ANVISA: 80495510047

CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO 7.0MM – MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, FLEXIVEL, COM ANGULAÇÃO DE ATÉ 105° (GRAUS) PARA ADEQUAR-SE A ANATOMIA DA TRAQUEIA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL COM CONEXÃO DE ENCAIXE 15MM, ASA PARA FIXAÇÃO COM MARCAÇÃO DA NUMERAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL, AUTOMOLDÁVEL E QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO, LINHA RADIOPACA, CÂNULA EXTERNA COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, MACIO E AVELUDADO E PONTA ARREDONDADA, EVITANDO TRAUMATISMO TRAQUEAL. **BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO DE DIÂMETRO INTERNO**, QUE PERMITA ENCAIXE DE SERINGA BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, DE FÁCIL MANUSEIO E CONTENHA FITA DE FIXAÇÃO MACIA. DIÂMETRO INTERNO 7.0MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?
() Sim (X) Não


Justificativa: a amostra apresentada não tem identificação do diâmetro interno no balão piloto

2. Quanto à identificação do material?
() Boa () Ruim
3. Quanto à introdução da cânula?
() Boa () Ruim
4. Quanto à flexibilidade da cânula?
() Boa () Ruim
5. Quanto à insuflação do balonete?
() Boa () Ruim
6. Quanto à conexão ao suporte ventilatório?
() Boa () Ruim
7. Resultado do teste?
() Aprovado (X) Reprovado


Observações adicionais, caso se faça necessário:

Dra. Lenise Fernandes
Coordenação Técnica
Fisioterapia - UTI - IJF
CREFITO 6112F

Data: 27 / 03 / 2025



Ass./Carimbo do Responsável


O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9875

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 21/03/2025 Hora: 14:57 h