

PARECER TÉCNICO PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA
Nº 184/2025

Setor: UTI

Data: 24/02/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	M C VITORIANO / MEDIX	02 UNIDADES

ITEM 16

PREGÃO ELETRÔNICO: 90273/2024 PROCESSO: P280747/2024

ANVISA: 80495510047

ESPECIFICAÇÃO:

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO 8.0MM - MATERIAL PVC CLORETO DE POLIVINILA, FLEXIVEL, COM ANGULAÇÃO DE ATÉ 105° (GRAUS) PARA ADEQUAR-SE A ANATOMIA DA TRAQUEIA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL COM CONEXÃO DE ENCAIXE 15MM, ASA PARA FIXAÇÃO COM MARCAÇÃO DA NUMERAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL, AUTOMOLDÁVEL E QUE NÃO CAUSE TRAUMATISMO, LINHA RADIOPACA, CÂNULA EXTERNA COM BALÃO DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, MACIO E AVELUDADO E PONTA ARREDONDADA, EVITANDO TRAUMATISMO TRAQUEAL. BALÃO PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA E IDENTIFICAÇÃO DE DIÂMETRO INTERNO, QUE PERMITA ENCAIXE DE SERINGA BICO LUER SLIP OU LUER LOCK, DE FÁCIL MANUSEIO E CONTENHA FITA DE FIXAÇÃO MACIA. DIÂMETRO INTERNO 8.0MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

() Sim

(X) Não

Justificativa:

a amostra apresentada não tem identificação do diâmetro interno no balão piloto

2. Quanto à identificação do material?

() Boa

() Ruim

3. Quanto à introdução da cânula?

() Boa

() Ruim

4. Quanto à flexibilidade da cânula?

() Boa

() Ruim

5. Quanto à insuflação do balonete?

() Boa

() Ruim

6. Quanto à conexão ao suporte ventilatório?

() Boa

() Ruim

7. Resultado do teste?

() Aprovado

(X) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Dra. Lenise Fernandes
Coordenação Técnica
Fisioterapia - UTI - IJF
CREFITO 6112F

Data: 27 / 03 / 2025

Lenise E.B.E. Fernandes
Ass./Carimbo do Responsável

Dr. Denise de O. Couto Ribeiro
Membro da Comissão de Parecer Técnico

Dr. Denise de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 10075

Data da entrega da amostra no IJF: 21/03/2025 Hora: 14:57 h