

PARECER TÉCNICO – FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA
Nº 295/2024

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 01/10/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	IMPACTO PRODUTOS MÉDICOS / FIX HOLDER	2 UNIDADES

ITEM: 20

P.E.: 90273/2024 | P. Nº: 280747/2024

ANVISA: 81919410004

ESPECIFICAÇÃO

FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA E TUBOS ENDOTRAQUEAIS, TAMANHO ADULTO - COMPOSTO POR DUAS BANDAS, UMA MEDINDO APROXIMADAMENTE 37 CM E A OUTRA COM APROXIMADAMENTE 10 CM DE COMPRIMENTO, AMBAS COM LARGURA APROXIMADA DE 1,8CM. CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, ATÓXICO, HIPOALÉRGICO E ANTI-LESÕES POR PRESSÃO; COM VELCRO NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5CM DE COMPRIMENTO. REGULÁVEL ATRAVÉS DE VELCRO PARA UNIÃO DAS BANDAS MEDINDO CERCA DE 4 CM. CAPAZ DE PROMOVER UMA FIXAÇÃO ADEQUADA, A FIM DE SE EVITAR FALSOS TRAJETOS, DESLOCAMENTO DA CÂNULA E DECANULAÇÃO/EXTUBAÇÃO ACIDENTAL, ENFISEMAS SUBCUTÂNEOS, ENTRE OUTRAS COMPLICAÇÕES. NÃO ESTÉRIL, DE USO ÚNICO, LIVRE DE LÁTEX, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL

1. O produto apresentados está de acordo com o descrito?

☒ Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

☒ Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

☒ Bom () Ruim

5. Quanto à fixação?

☒ Boa () Ruim

6. Quanto à resistência?

☒ Boa () Ruim

Saúde

7. Resultado do teste:

(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 03 / 10 / 2024

Ass./Carimbo do Responsável

Claudia Valani Barcellos

Auxessora Controle Avaliação e Qualidade

IJF / ASCAQ

Mat. 115569-05

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 01/10/2024 Hora: 13:40 h