

PARECER TÉCNICO – FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA
Nº 292/2024

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 01/10/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE FORNECIDA</u>
FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	MAGNA INDÚSTRIA DE MATERIAIS / MAGNA	2 UND

ITEM: 21

P.E.: 90273/2024 | P. Nº: 280747/2024

ANVISA: 81919410004

ESPECIFICAÇÃO

Fixador para cânula de traqueostomia e tubos endotraqueais, tamanho adulto - composto por duas bandas, uma medindo aproximadamente 37 cm e a outra com aproximadamente 10 cm de comprimento, ambas com largura aproximada de 1,8cm. Confeccionado em tecido de algodão, atóxico, hipoalérgico e anti-lesões por pressão; com velcro nas extremidades para fixação da cânula de traqueostomia medindo aproximadamente 4,5cm de comprimento. Regulável através de velcro para união das bandas medindo cerca de 4 cm. Capaz de promover uma fixação adequada, a fim de se evitar falsos trajetos, deslocamento da cânula e decanulação/extubação acidental, enfisemas subcutâneos, entre outras complicações. Não estéril, de uso único, livre de látex, em embalagem individual.

1. O produto apresentados está de acordo com o descrito?

(☒) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa () Ruim

3. Quanto à adaptação?

(☒) Boa () Ruim

4. Quanto ao manuseio?

(☒) Bom () Ruim

5. Quanto à fixação?

(☒) Boa () Ruim

6. Quanto à resistência?

(☒) Boa () Ruim


7. Resultado do teste:

(☒) Aprovado () Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 03 / 10 / 2024

Ass./Carimbo do Responsável


Claudia Valani Barcellos
Assessora Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 30/09/2024 Hora: 15:13 h