

Saúde

PARECER TÉCNICO - CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO
Nº 399/2024

Data: 01/11/2024

Setor: NUEST / UTI

MATERIAL TESTADO	EMPRESA / MARCA	QUANTIDADE FORNECIDA
CÂNULA PARA TRAQUEOSTOMIA EM AÇO	MEDEVICES / VITAL	02 UNIDADES DE CADA

P.E: 90273/2024 | PROCESSO: P429696/2024 | ANVISA: 10296909037

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	APROVADO	REPROVADO
01	Canula para traqueostomia em aço inoxidável nº 2 - possuindo diâmetro aproximado interno de 8,0mm e comprimento de 6,0cm, confeccionado em aço inoxidável, contendo: cânula externa com haste em inox, cânula interna em inox e mandril guia. Embalagem individual, não estéril, com dados de identificação e procedência, data de fabricação e registro em órgão competente.	X	
02	Canula para traqueostomia em aço inoxidável nº 3 - possuindo diâmetro aproximado interno de 9,0mm e comprimento de 6,5cm, confeccionado em aço inoxidável, contendo: cânula externa com haste em inox, cânula interna em inox e mandril guia. Embalagem individual, não estéril, com dados de identificação e procedência, data de fabricação e registro em órgão competente.	X	
03	Canula para traqueostomia em aço inoxidável nº 4 - possuindo diâmetro aproximado interno de 10,0mm e comprimento de 7,0cm, confeccionado em aço inoxidável, contendo: cânula externa com haste em inox, cânula interna em inox e mandril guia. Embalagem individual, não estéril, com dados de identificação e procedência, data de fabricação e registro em órgão competente. Unidade de medida.	X	
04	Canula para traqueostomia em aço inoxidável nº 5 - possuindo diâmetro aproximado interno de 11,0mm e comprimento de 7,5cm, confeccionado em aço inoxidável, contendo: cânula externa com haste em inox, cânula interna em inox e mandril guia. Embalagem individual, não estéril, com dados de identificação e procedência, data de fabricação e registro em órgão competente.	X	
05	Canula para traqueostomia em aço inoxidável nº 6 - possuindo diâmetro aproximado interno de 12,0mm e comprimento de 8,0cm, confeccionado em aço inoxidável, contendo: cânula externa com haste em inox, cânula interna em inox e mandril guia. Embalagem individual, não estéril, com dados de identificação e procedência, data de fabricação e registro em órgão competente.	X	

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?
(X) Sim () Não

Justificativa: _____

2. Quanto à Identificação do material?
(X) Boa () Ruim

Saúde

3. Quanto à introdução da cânula?
(☒) Boa () Ruim
4. Quanto à flexibilidade da cânula?
() Boa () Ruim
5. Quanto à insuflação do balonete?
() Boa () Ruim
6. Quanto à conexão ao suporte ventilatório?
() Boa () Ruim
7. Quanto à realização da limpeza?
(☒) Fácil () Difícil
8. Quanto à esterilização?
(☒) Resistente () Não Resistente

Caroline Muniz e Silva
Enfermeira - IJF
COREN-CE 111.895-ENF

Ms. Enf. Patrícia Bastos
COREN-CE: 236.023

Observações adicionais, caso se faça necessário:

As perguntas 4 e 5 não se aplicam ao material da amostra. Esse tipo de cânula não é flexível e não tem balonete.

Dra. Lenise Fernandes
Coordenação Técnica
Fisioterapia - UTI - IJF
CREFITO 6112F

Data: 09 / 12 / 2024

Lenise E. B. C. Fernandes

Ass./Carimbo do Responsável

Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Claudia Valani Barcellos

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 01/11/2024 Hora: 13:35 h