

PARECER TÉCNICO PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA
Nº 622/2024

Setor: CENTRO CIRÚRGICO

Data: 26/12/2024

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA	DUMALE / VITAL GOLD	02 UNIDADES

ITEM 17

PREGÃO ELETRÔNICO: 90273/2024 PROCESSO: P280747/2024

ANVISA: 10296900163

ESPECIFICAÇÃO:

CANULA DE TRAQUEOSTOMIA COM BALÃO 8.5MM – material pvc cloreto de polivinila, flexível, com angulação de até 105° (graus) para adequar-se a anatomia da traqueia, estéril e descartável com conexão de encaixe 15mm, asa para fixação com marcação da numeração em local visível, automoldável e que não cause traumatismo, linha radiopaca, cânula externa com balão de baixa pressão e alto volume, macio e aveludado e ponta arredondada, evitando traumatismo traqueal. balão piloto com válvula de segurança e identificação de diâmetro interno, que permita encaixe de seringa bico luer slip ou luer lock, de fácil manuseio e contenha fita de fixação macia. diâmetro interno 8.5mm. embalagem individual com abertura asséptica.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

(☒) Sim

() Não

Justificativa: _____

2. Quanto à identificação do material?

(☒) Boa

() Ruim

3. Quanto à introdução da cânula?

(☒) Boa

() Ruim

4. Quanto à flexibilidade da cânula?

(☒) Boa

() Ruim

5. Quanto à insuflação do balonete?

(☒) Boa

() Ruim

6. Quanto à conexão ao suporte ventilatório?

(☒) Boa

() Ruim

7. Resultado do teste?

(☒) Aprovado

() Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

Data: 06 / 01 / 2025

José Airton Lopes Filho
Chefe do Núcleo de Cirurgia do IJF - NUCIG
CRM 9877 CPF: 826.292.343-04

CRM 9877
RQE

Ass./Carimbo do Responsável

Dr. José Airton Lopes Filho

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Claudia Valani Barcellos
Assessoria Controle Avaliação e Qualidade
IJF / ASCAQ
Mat. 115569-05

Data da entrega da amostra no IJF: 23/12/2024 Hora: 14:40 h