

PARECER TÉCNICO PARATESOURA
Nº 133/2025

Setor: CTQ

Data: 19/02/2025

<u>MATERIAL TESTADO</u>	<u>EMPRESA / MARCA</u>	<u>QUANTIDADE SOLICITADA</u>
TESOURA	ADRIANA GUIMARÃES / ONDA	01 UNIDADE

ITEM: 20

P.E: 90305/2024 | PROCESSO Nº: P266480/2024

ITEM	ESPECIFICAÇÕES
20	TESOURA MULTIUSO, TAMANHO GRANDE, LÂMINA DE AÇO INOX, RESISTENTE, COM CORTE SUAVE E PRECISO. CABO DE POLIPROPILENO ANATÔMICO QUE GARANTE UM MANUSEIO MUITO CONFORTÁVEL E SEGURO. PONTA ROMBA, MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 20 CM E 23 CM.

1. O produto apresentado está de acordo com o descrito?

() Sim (X) Não

Justificativa:

Lâmina com corte prejudicado, ponta com característica romba porém pontiaguda em

2. Identificação do material?

() Boa (X) Ruim

*uma das lâminas;
cabo não ergonômico.*

3. Quanto à funcionalidade do material?

() Bom (X) Ruim

4. Quanto à resistência do material?

() Boa (X) Ruim

5. O produto atende às necessidades da instituição?

() Sim (X) Não

6. Resultado do teste?

() Aprovado (X) Reprovado

Observações adicionais, caso se faça necessário:

*Serrana frágil, sem corte preciso
cabo não ergonômico.*

Data: 20 / 02 / 2025

Carlos André L. Cavalcanti
Enfermeiro Estomatologista
COREN-CE: 337685 - ENF

Ass./Carimbo do Responsável

Dr. Denison de O. Couto Ribeiro
Diretor Técnico - IJF
CRM 9375

Membro da Comissão de Parecer Técnico

Data da entrega da amostra no IJF: 14/02/2025 Hora: 16:30 h